

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1766415839703

Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.35)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
	1			2	3	4	5	6	7
33100000-1	9	Frigider medical pentru păstrarea citostaticelor 140710	Frigider medical pentru păstrarea citostaticelor 140710	YC-315L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L ±5%”. Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei 200–300 litri ±5%”. Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L ±5%”. Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. DA Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. DA Parametrul Specificația Configurație mobil DA Capacitatea internă a camerei 315 L Număr de rafturi 4 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu DA Mecanism blocare cu cheie DA Roți 4 DA Frîne 2 DA Lumină interior obligatoriu DA Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare DA Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA	DM000395535

							Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar	Afisaj temperatură digital DA Alarmer acustică vizuală DA Răcire ventilată DA Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C DA Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.1 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC DA Zgomot 45 dB Accesorii coșuri tip sertar DA	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Andrei Botnaru

În calitate de: Director

Ofertantul: Neotec SRL

Adresa: str. Zaikin, 37