

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1677047068932 din 28.02.23									
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale pentru 2023									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 1 Role hârtie de diferite diensiuni pentru sterilizare în autoclav							Termen de 15 zile din momentul semnării contractului și înaintarea comenzii de livrare. Livrarea se efectuează de către operator economic la adresa autorității contractante: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70	
	25*200	buc	10	581,00	697,2	5810,00	6972,00		
	20*200	buc	10	462,00	554	4620,00	5544,00		
	15*200	buc	10	344,00	412,8	3440,00	4128,00		
	10*200	buc	10	236	283,20	2360,00	2832,00		
	5*200	buc	10	125	150,00	1250,00	1500,00		
	Total lotul 1					17480,00	20976,00		
	Lotul 11 Teste control pentru sterilizare 121°C	set	15	150	162,00	2250,00	2430,00		
	Lotul 12 Teste control pentru sterilizare 134°C	set	15	409	441,72	6135,00	6625,80		
	Lotul 18 Pensulă Cervex Brash	buc	1500	1,74	2,09	2610,00	3132,00		
	TOTAL					28475,00	33163,80		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1677047068932 din 28.02.23

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile medicale pentru 2023**

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lotul 1 Role hârtie de diferite dimensiuni pentru sterilizare în autoclav						CE/ISO
	25*200	DSR25200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TIC.LTD. STI.	Role p/u sterilizare în autoclav, fabricate din hârtie medicală grea(60-70gr/m²) și poliesther/polipropilen. Sigilare cu 3 straturi, nu mai puțin de 10 mm cu canale impermeabile și uniforme pentru o protecție antimicrobiană înaltă. Indicatorii de culoare care verifică sterilizarea ETO sau cu aburi(martor de sterilizare) t 121°C-134°C. Rolele de sterilizare sunt echipate cu doi indicatori diferiți de schimbare a culorii pentru ambele moduri de sterilizare care indică faptul că condițiile au fost deplin atinse. Respectă pe deplin standardele internaționale de sterilizare actuale. Calitatea rolelor asigură: - rezistența la temperaturi ridicate - Rezistența ridicată la etanșare, care asigură sterilizarea perfectă și depozitarea ulterioară în siguranță a materialului steril, într-o formă sterilă și exofoliabilitate excelentă la deschidere. Durata menținerii sterilității a materialelor ambalate – 12 luni de la sterilizare cu condiția menținerii integrității ambalajului. Produsul va fi certificat CE, și cu certificate de conformitate. Valabilitatea bunurilor să constituie nu mai puțin de 5 ani de la data livrării.	Role p/u sterilizare în autoclav, fabricate din hârtie medicală grea(60-70gr/m²) și poliesther/polipropilen. Sigilare cu 3 straturi, nu mai puțin de 10 mm cu canale impermeabile și uniforme pentru o protecție antimicrobiană înaltă. Indicatorii de culoare care verifică sterilizarea ETO sau cu aburi(martor de sterilizare) t 121°C-134°C. Rolele de sterilizare sunt echipate cu doi indicatori diferiți de schimbare a culorii pentru ambele moduri de sterilizare care indică faptul că condițiile au fost deplin atinse. Respectă pe deplin standardele internaționale de sterilizare actuale. Calitatea rolelor asigură: - rezistența la temperaturi ridicate - Rezistența ridicată la etanșare, care asigură sterilizarea perfectă și depozitarea ulterioară în siguranță a materialului steril, într-o formă sterilă și exofoliabilitate excelentă la deschidere. Durata menținerii sterilității a materialelor ambalate – 12 luni de la sterilizare cu condiția menținerii integrității ambalajului. Produsul va fi certificat CE, și cu certificate de conformitate. Valabilitatea bunurilor să constituie nu mai puțin de 5 ani de la data livrării.	CE/ISO
	20*200	DSR20200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TIC.LTD. STI.			CE/ISO
	15*200	DSR15200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TIC.LTD. STI.			CE/ISO
	10*200	DSR10200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TIC.LTD. STI.			CE/ISO
	5*200	DSR50200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TIC.LTD. STI.			CE/ISO

	Lotul 11 Teste control pentru sterilizare 121°C	STERIL AN 121/20 min	Ucraina	NORMA LLC	Teste control pentru sterilizare 121°C Indicator 121/15/20 Nr.1000 buc/set. controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru. Termenul de valabilitate al bunurilor nu mai mic de 24 luni	Teste control pentru sterilizare 121°C Indicator 121/20 Nr.1000 buc/set. controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru. Termenul de valabilitate al bunurilor nu mai mic de 24 luni	CE
	Lotul 12 Teste control pentru sterilizare 134°C	FTM Steriway	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TIC.LTD. STI.	Teste control pentru sterilizare 134°C Indicator 134/7/12 Nr.1000 buc/set. controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru	Teste control pentru sterilizare 134°C Indicator 134/7 Nr.1000 buc/set. controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru	CE
	Lotul 18 Pensulă Cervex Brash	Cervex Brush	China	Changzhou Shunfeng Plastic Co., Ltd	Periuță ”Cervex Brush” pentru citologie, 20 cm, formată din 57 peri semicirculari de lungimi variabile, sterile. Ambalaj individual.	Periuță ”Cervex Brush” pentru citologie, 20 cm, formată din 57 peri semicirculari de lungimi variabile, sterile. Ambalaj individual.	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**