

## SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziții: ocds-b3wdp1-MD-1681821609456/21078735.

Obiectul achiziției: Camera video pentru operații endoscopice ORL.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/cod de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<b>Camera video pentru operații endoscopice ORL</b>	55211011 5521902 85261144 51660011 806635231	Germania	Richard Wolf	<p>Set videoprocessor pentru intervenții ORL Compatibil (sau echivalentul) cu troleul laparoscopic Richard Wolf din dotare din 2017. Setul include: 1) Videoprocessor cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau pe partea laterală a troleului. Iesirea video 1920 x 1080 pixels. Balanta alba in intervalul de temperature de culoare 2300K –7000 K . Digital zoom – 1.5x max. Nivel de zgomot – fara zgomot, metoda de racire pasiva, fara ventilator. Interfața : 1x HDMI;USB port 3.0. Dimensiuni dispozitiv – 150 x 58 x 245 mm. 2) Cap camera – 1 chip 1 x 1/3' CMOS , cu 2 butoane programabile, C mount, Lungime cablu 2,5 m. Lentile 14mm, autoclavabile. 3) Sursa de lumina– tip led , durata de viata a ledului – 30000 ore, cu</p>	<p>Set videoprocessor pentru intervenții ORL Compatibil (sau echivalentul) cu troleul laparoscopic Richard Wolf din dotare din 2017. Setul include: 1) Videoprocessor cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau pe partea laterală a troleului. Iesirea video 1920 x 1080 pixels. Balanta alba in intervalul de temperature de culoare 2300K – 7000 K . Digital zoom – 1.5x max. Nivel de zgomot – fara zgomot, metoda de racire pasiva, fara ventilator. Interfața : 1x HDMI;USB port 3.0. Dimensiuni dispozitiv – 150 x 58 x 245 mm. 2) Cap camera – 1 chip 1 x 1/3' CMOS , cu 2 butoane</p>	CE/ISO

			<p>interfata integrată pentru montarea pe perete sau pe partea laterala a troleului.</p> <p>Puterea comparată cu lampa xenon este de 180 W.</p> <p>Diminuarea luminii automată când cablul fibrooptic este scos din sursa de lumina.</p> <p>Culoarea temperaturii 6500K, Controlul luminizitatii de la 0 – 100%.</p> <p>Dimensiuni dispozitiv – 150 x 58 x 245 mm. Cablul fibrooptic cu lungimea de 2.3 m cu diametrul de 3.5 mm.</p> <p>Anul de producere: analogic 2023</p> <p>Prețul include livrarea și instalarea.</p> <p>Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 30.08.2023.</p>	<p>programabile, C mount, Lungime cablu 2,5 m.</p> <p>Lentile 14mm, autoclavabile.</p> <p>3) Sursa de lumina– tip led , durata de viata a ledului – 30000 ore, cu interfata integrata pentru montarea pe perete sau pe partea laterala a troleului.</p> <p>Puterea comparată cu lampa xenon este de 180 W.</p> <p>Diminuarea luminii automată când cablul fibrooptic este scos din sursa de lumina.</p> <p>Culoarea temperaturii 6500K, Controlul luminizitatii de la 0 – 100%.</p> <p>Dimensiuni dispozitiv – 150 x 58 x 245 mm. Cablul fibrooptic cu lungimea de 2.3 m cu diametrul de 3.5 mm.</p> <p>Anul de producere: analogic 2023</p> <p>Prețul include livrarea și instalarea.</p> <p>Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 30.08.2023.</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele **Victor GHEREG** În calitate de: **Director.**

Ofertantul: **”Endo-Chirurgie” SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, nr. 9.**

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziții: <b>ocds-b3wdp1-MD-1681821609456/21078735.</b>									
Obiectul achiziției: <b>Camera video pentru operații endoscopice ORL.</b>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
33100000-1	<i>Camera video pentru operații endoscopice ORL</i>	set	1	250 000.00	300 000.00	250 000.00	300 000.00	Pînă la 30.08.2023	MD59TRPBAA314110C00852AC
<b>TOTAL:</b>						<b>250 000.00</b>	<b>300 000.00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele **Victor GHEREG** În calitate de: **Director.**

Ofertantul: **"Endo-Chirurgie" SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, nr. 9.**