



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-4125 din 19.09.2025

Aelo Grup SRL
Dita EstFarm SRL
DAC-Spectromed SRL
GBG-MLD SRL
Romedcom SRL
Sanmedico SRL
Imunotehnomed SRL
Biosistem-MLD SRL

Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1755845475566 *Privind încheierea Acordului-Cadru Achiziționarea Testelor Rapide Antigen Covid-19 pentru 48 luni din 09.09.2025*, că în urma recepționării dezacordurilor din partea operatorilor economici și conform art.69 alin (11) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă a anulat din motive întemeiate decizia de atribuire din 17.09.2025 cu reluarea procedurii de evaluare pentru loturile nr.1 și vă comunică decizia din **19.09.2025** cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model articol	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
1	Test Rapid Antigen Covid-19	Bucată	360 000,00	4,49	4,85	1616400,00	1745712,00	ICOV-502	Canada	CITEST DIAGNOST I CS INC.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000390737	Sanmedico SRL
1	Test Rapid Antigen Covid-19	Bucată	360 000,00	6,42	6,93	2311200,00	2496096,00	Model COVID-19 (SARS CoV-2) Antigen	China	ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOL		Aelo Grup SRL

								Test Kit (Colloidal Gold)		OGY CO., LTD.		
1	Test Rapid Antigen Covid-19	Bucată	360 000,00	6,45	7,74	2322000, 00	2786400, 00	ICOV-502	Canada	CITEST DIAGNOST ICS INC	DM000390737	Imunotehno med SRL
1	Test Rapid Antigen Covid-19	Bucată	360 000,00	6,45	6,97	2323260, 00	2509128, 00	Test Rapid Antigen SARS COV-2 N25 (Codul produsului : INCP 502H)	China	HANGZHO U ALLTEST BIOTECH CO.,LTD.	DOC CE	Dita EstFarm SRL

Ofertanții respinși/descalificați:

1. Oferta operatorului economic **Romedcom SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

A fost solicitată sensibilitatea 97%, a fost oferită sensibilitatea pentru proba nazală 97,04%, iar pentru proba nazofaringiană 96.36%

Pentru proba orofaringiană nu este specificat, dar este specificată sensibilitatea la proba din salivă de 91,59%

2. Oferta operatorului economic **Biosistem-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

A fost solicitat Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene, a fost oferită testarea nazală

A fost solicitată sensibilitatea minim 97%, a fost oferită 96,58%

3. Oferta operatorului economic **DAC-Spectromed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Conform codului AMDM, este codul INCP-502H, propus. A fost solicitat Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene, a fost oferită testarea nazală.

4. Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

A fost solicitat Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene, a fost oferită testarea nazală și orofaringiene, nefiind respectată solicitarea efectuării testării prin folosirea probelor nazofaringiene, care presupune folosirea unui alt tip de tampon:

- Nazal - Proba nazală (nasal swab) - mai simplu și confortabil, dar mai puțin precis.
- Nazofaringian - Proba nazofaringiană (nasopharyngeal swab) - mai invaziv și incomod, dar mult mai fiabil pentru diagnostic corect.

Explicații cu privire la setul solicitat poate fi regăsit pe platforma de achiziții la rubrica Clarificări și răspunsurile acestora, care sunt parte a documentației standard.

Contractul de acord-cadru urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data **26.09.2025**.

Contactele subsecvente vor fi semnate conform necesităților beneficiarilor finali pentru fiecare an în parte sau la solicitarea acestora.

Pentru participare la re-ofertare vor fi expediate invitații de participare.

Totodată, atenționăm că în conformitate cu Anunțul de participare, obligatoriu la momentul depunerii ofertei la etapa de reofertare să se prezinte numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Vor fi atribuite în contracte subsecvente doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG