

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Cererea Ofertei de Preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1636965329594 din 29.11.2021								
Obiectul de achiziției: Reactive de laborator pentru anul 2022								
Cod CPV	Nr	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 4 Reactivi pentru analizatorul de urina DIRUI H 500- La câștigul Lotului Nr.4, vom dona Analizatorul de urină Mission U500 (Broșura cu parametrii tehnici se anexează)								
4.1	33696 500-0	Teste pentru 11 parametri pentru analizatorul Dirui H 500	11A	SUA	ACON	Setul contine 100 teste pentru 11 parametri	Setul contine 100 teste pentru 11 parametri	Certificat CE; ISO
4.2	33696 500-0	Control pentru analizatorul de urină DIRUI H 500, set	U021-011	SUA	ACON	Lichid gata pentru folosire(cu nivel normal si patologic)	Lichid gata pentru folosire (cu nivel normal si patologic, 2fl.x10ml)	Certificat CE; ISO
Lot 5 Reactivi si control pentru determinarea sifilisului								
5.1	33696 500-0	Antigen cardiolipinic pentru Reacția de microprecipitare de determinarea a sifilisului	03.07.3k	Federația Rusă	ECOLAB	set 70 ml cu control pozitiv si negativ	set 70 ml cu control pozitiv si negativ	Certificat ISO
Lot 6								
6.1	33696 500-0	Expres teste pentru Troponina I	CG2001	China	Getein Biotech	Cerinte generala.Teste ambalate individual.Teste cu detecția pînă la 0,3 mg/1l	Cerinte generala.Teste ambalate individual.Teste cu detecția pînă la 0,3 mg/1l	Certificat CE; ISO
Lot 7								
7.1	33696 500-0	Expres teste pentru determinarea singelui ocult in materialul biologic	72001	SUA	LumiQuick	Cerinte generale.Teste ambalate individual	Cerinte generale.Teste ambalate individual	Certificat CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9