

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Numărul licitației deschise: 21067072, ocds-b3wdp1-MD-1668064857335							Data: 01.12.2022	Alternativa 1
Denumirea obiectului achiziției: Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2023							Lot:	pag. 1 din 2
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
74	33600000-6	Reagent Albumina	Albu-DAC. Lq / 3002A250	Moldova	Dac-SpectroMed	confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă Destinație: pentru aprecierei albuminei în singele uman. Proprietăți: Metoda de determinare – fotometrică, determinare cinetică; Tipul reagentului - lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu prezența standardului la set; Material pentru investigații - ser/plasmă umană, plasma EDTA. Forma de ambalare: Flacoane cu volumul de 125ml, 250 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	Reagent Albumina , fl. cu vol. de la 125ml, cu standard inclus în set. Metoda de determinare - fotometrică, determinare cinetică. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000367324	ISO, CE.
75	33600000-6	Proteina Totală	Prote-DAC. Lq / 3072P250	Moldova	Dac-SpectroMed	prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Destinație: pentru aprecierea proteinei în singele uman. Proprietăți: Metoda de determinare — fotometrică cu biuret, determinare cinetică; Tipul reagentului - lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu prezența standardului la set; Material pentru investigații - ser/plasmă umană, plasma pe EDTA. Forma de ambalare: Flacoane cu volumul de 125ml, 250 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.	Reagent Proteina totală , fl. cu vol. de la 125ml, cu standard inclus în set. Metoda de determinare - fotometrică cu biuret, determinare cinetică. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000367333	ISO, CE.
76	33600000-6	Proba cu Timol	Thymol-DAC / 3087T1500St	Moldova	Dac-SpectroMed	confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă Destinație: pentru aprecierea indicilor biochimici în singele uman. Proprietăți: Metoda de determinare – fotometrică fermentativă Tipul reagentului - lichid Reactivul 1 - Concentrat al unei soluții de timol în tampon trismaleat Reactivul 2-soluție de clorură de bariu 48 mmol/l Reactivul 3 - soluție de acid sulfuric 2,0 N Material pentru investigații - ser/plasmă umană, plasma EDTA. Forma de ambalare: set livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.	Proba cu timol , set 3fl x 11ml reagent concentrat pentru pregătirea a 1500ml reagent de lucru, cu standard inclus în set. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000104417	ISO, CE.
77	33600000-6	Test Combina 3	DAC-3 / 4076D100	Moldova	Dac-SpectroMed	confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă Destinația: pentru examinarea parametrilor Ph, proteina, glucoza urinei. Proprietăți: test cu prezența indicatorilor colorați pentru fiecare parametru în parte. Material pentru investigații: urina Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare).	Expres test pentru determinarea în urină a trei parametri (test Combina 3): Ph, proteina și glucoza urinei. 1set= 100teste. Unitatea de măsură bucată, echivalent - test . Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000241327	ISO, CE.
78	33600000-6	Material de control, nivel înalt	D-Check DPlus 2,5 High / DDC18PT2,5H	Ungaria	Diagon	prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinație: pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăți: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	Material de control, nivel înalt (D-Check D Plus). Unitatea de măsură set echivalent flacon 2,5ml . Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000024479	ISO, CE.
79	33600000-6	Material de control, de nivel scăzut	D-Check DPlus 2,5 Low / DDC18PT2,5L	Ungaria	Diagon	prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinație: pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăți: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	Material de control, nivel scăzut (D-Check D Plus). Unitatea de măsură set echivalent flacon 2,5ml . Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000024480	ISO, CE.

80	33600000-6	Material de control, nivel normal	D-Check DPlus 2,5 Normal / DDC18PT2,5N	Ungaria	Diagon	prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinație: pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăți: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	Material de control, nivel normal (D-Check D Plus). Unitatea de măsură set echivalent flacon 2,5ml. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000024478	ISO, CE.
81	33600000-6	Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării leucocitelor și hemoglobinei	Diastromlyser-SYS-WH / h23401	Ungaria	Diagon	prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinație: lizarea eritrocitelor în scopul enumerării leucocitelor și hemoglobinei. Proprietăți: compatibil tehnologia existentă. Forma de ambalare: set din 3 flacoane cu volume, în cantități suficiente pentru funcționalitatea dispozitivului existent, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului..	Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării leucocitelor și hemoglobinei (Diastromlyser-SYS-WH). Set 3fl x 500ml. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000024521	ISO, CE.
82	33600000-6	Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduri celulare, proteine	Diaclean-SYS / h23126	Ungaria	Diagon	prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinație: curățirea sistemului hidraulic al analizatorului. Destinație: curățirea sistemului hidraulic al analizatorului. Proprietăți: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon cu volum suficient pentru funcționalitatea dispozitivului existent, livrat în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine (Diaclean-SYS). Ambalaj 100ml. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000024522	ISO, CE.
83	33600000-6	Reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare	Diaton-SYS-Diluent / h23101	Ungaria	Diagon	prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinație: pentru pregătirea sistemului hidraulic al analizatorului. Proprietăți: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: recipient cu volum suficient pentru funcționalitatea dispozitivului existent livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	Reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare (Diaton-SYS-Diluent). Ambalaj 20L. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000024520	ISO, CE.
85	33600000-6	Set pentru determinarea glucozei	Gluko-DAC. Lq / 3044G500	Moldova	Dac-SpectroMed	prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui Destinație: Pentru examinări de laborator . Proprietăți: a)Reagent N1, 5fl x 80ml=400ml b)Reagent N2, 1fl x 100ml c)Glucoza Standard100mg/dl, 1fl x 5ml Forma de ambalare: Livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.	Set pentru determinarea Glucozei , set 2fl.*250ml cu standard 5ml inclus. Metoda de determinare - fotometrică GOD-PAP. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000305253	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 01.12.2022

Valabilitatea ofertei - 160 zile.