

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21420327, ocds-b3wdp1-MD-1747658012861							Data: 19.06.2025	Alternativa nr.
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.12)							Lot:	pag. 1 din 1
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
4	33100000-1	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Centrifugă de laborator (24 tuburi) - DM0424 + rotor A24-15P (24*15 ml)	China	Dlab	Cod 150920 Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unități Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori: Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu.	Centrifugă de laborator, 24 tuburi DM0424 . (Interval de viteză 500-4000 rpm, pas 100 rpm; Accelerație maximă 2500×g; Precizie de viteză +/- 100rpm; Timp de funcționare 1-99min, funcționare continuă; Tip motor DC fără perii; afișaj LCD; Programe de economisire Sânge: 3200rpm/10min Urină: 1800rpm/5min Fecale: 1300rpm/10min; Afișarea stării de securitate; Putere monofazată 100-240V, 50-60 Hz, 110 W; Nivel de zgomot ≤62 dB(A).	ISO, CE.
8	33100000-1	Centrifugă de laborator (32 tuburi)	Centrifugă de laborator (32 tuburi) - BKC-TL5B + rotor de balansare 5M00031 (32*15/10ml)	China	Biobase	Cod 150930 Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unități Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori: Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu.	Centrifugă de laborator, 32 tuburi BKC-TL5B . Modelul este utilizat pentru separarea serului și plasmă, precipitarea proteinelor sau examinarea sedimentului urinar. (RCF max: 3894×g; Capacitate max: 4*250ml; Precizia vitezei: +/-10 rpm; Interval de timp: 1 s - 99h59min / Continuu / Scurta durată; Alimentare: AC 110/220 V 50/60 Hz; Nivel de zgomot ≤65 dB(A).	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 19.06.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.