

„Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;

Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;

Cod:AGRNMD2x772;

c/f: 1018600024552

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1557747979985 din 10.06.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
LOT 2: Hotă cu flux laminar	„HFsafe-900LC”	China	Shanghai Lishen Scientific Equipment Co., Ltd.	Hotă cu dimensiuni exterioare de aproximativ 1000x680x1260mm și dimensiunile spațiului de lucru de aproximativ 950x575x720mm. Recirculantă (fără a fi unită la sistemul general de ventilație) cu motor/ventilator, care include un microcomputer ce permite un consum scăzut de energie electrică, puterea de 80W pentru o viteză de 0,45m/s. Filtru absolut de aer HEPA H14 cu eficiența ridicată: 99,995% la dimensiuni de 0,3μm și lampă UV cu monitorizarea	Hotă cu dimensiuni exterioare de 1040x790x2130mm și dimensiunile spațiului de lucru de 950x575x625mm. Recirculantă (fără a fi unită la sistemul general de ventilație) cu motor/ventilator, care include un microcomputer ce permite un consum scăzut de energie electrică, puterea de 80W pentru o viteză de 0,45m/s. Filtru absolut de aer ULPA	Certificat CE, Declarație de conformitate, Certificat ISO 13485 Calificarea IQ/OQ/PQ și instruirea la momentul instalării, manualul tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba română, rusă ori engleză.

„Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;

Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;

Cod:AGRNMD2x772;

c/f: 1018600024552

				<p>automată a orelor de lucru valabile. Conectarea la rețea 220 V, 50 Hz și 10 A. Dotată cu iluminare locală și priză pentru conectarea altor aparate electrice necesare în spațiul de lucru. Obligatoriu suport pentru hotă cu înălțimea de ≈80-85cm, filtru HEPA și lampa UV de rezervă. Certificate de calitate (CE) pentru hotă, filtre și lampa UV. Calificarea IQ/OQ/PQ și instruirea la momentul instalării, manualul tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba română, rusă ori engleză.</p>	<p>cu eficiența ridicată: 99,9995% la dimensiuni de 0,12μm și lampă UV cu monitorizarea automată a orelor de lucru valabile. Conectarea la rețea 220 V, 50 Hz și 10 A. Dotată cu iluminare locală și priză pentru conectarea altor aparate electrice necesare în spațiul de lucru. Suport pentru hotă cu înălțimea de ≈75cm, filtru ULPA și lampa UV de rezervă. Calificarea IQ/OQ/PQ și instruirea la momentul instalării, manualul tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba română, rusă ori engleză.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **SULA Constantin**, În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „Euroconstant Med” SRL,

Adresa: **MD-3729 r. Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru nr.45**