

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1678954401172	Data: 24/03/2023	Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:	Consumabile și reagenți de laborator neacoperite la LN pentru anul 2023		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	3	Lotul-3. Eprubeta plastic (polisterol) Volum 3,0 ml dimensiunile 11,0*55,0mm	Lotul-3. Eprubeta plastic (polisterol) Volum 3,0 ml dimensiunile 11,0*55,0mm	Eprubeta polistiren 11x55mm (Codul produsului:8870000218)	Turcia	Firat Medikal	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Volum 3ml, 11,0x55,0mm	Declaratie de conformitate CE
33100000-1	5	Lotul-5. Eprubeta vacumată cu K 3 EDTA, volum sînge 2,0 - 2,5 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).	Lotul-5. Eprubeta vacumată cu K 3 EDTA, volum sînge 2,0 - 2,5 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).	Eprubeta cu vacuum cu K3ETDA 2ml (Codul produsului:RJ1803102-0P)	China	Changsha Renji	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Eprubeta cu vacuum 2ml, K3EDTA, cu etichetă.	Declaratie de conformitate CE
33100000-1	6	Lotul-6. Eprubeta vacumată, volum sînge 4,0 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).cu accelerator cheag, clot activator imunologic	Lotul-6. Eprubeta vacumată, volum sînge 4,0 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).cu accelerator cheag, clot activator imunologic	Eprubeta cu vacuum cu gel si activator de coagulare 4ml (Codul produsului:RJ1805104-0P)	China	Changsha Renji	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Eprubeta cu vacuum cu gel si activator de coagulare, volum sange 4ml, cu etichetă.	Declaratie de conformitate CE
33100000-1	7	Lotul-7. Eprubeta vacumată, volum sînge 5,0 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).cu accelerator cheag+gel separator	Lotul-7. Eprubeta vacumată, volum sînge 5,0 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).cu accelerator cheag+gel separator	Eprubeta cu vacuum cu gel si activator de coagulare 5ml (Codul produsului:8870000507)	Turcia	Firat Medikal	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni Eprubeta cu vacuum cu gel si activator de coagulare, volum sange 5ml, cu eticheta	Declaratie de conformitate CE

33100 000-1	13	Lotul-13. Pipetă serologică sterilă de 1,0 pentru colectarea singelui capilar în ambalaj individual	Lotul-13. Pipetă serologică sterilă de 1,0 pentru colectarea singelui capilar în ambalaj individual	Pipeta serologica sterila 1ml (Codul produsului:B-SPT01)	China	Changde BKMAM	Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Pipeta serologica sterila 1ml in ambalaj individual	ISO 13485
33100 000-1	20	Lotul-20. Test pentru determinarea HbsAG,	Lotul-20. Test pentru determinarea HbsAG,	Test Rapid HBsAg (Codul produsului:CHB-203)	Turcia	Chil Tibbi	Metoda imunocromatografică. Setul trebuie să conțină testul, caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare în limba de stat, și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de către producător -nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat , marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria,termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului, indicate pe ambalaj, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Metoda imunocromatografică. Setul trebuie să conțină testul, caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare în limba de stat, și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de către producător -nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat , marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria,termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului, indicate pe ambalaj, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO 13485
33100 000-1	21	Lotul-21. Test pentru determinarea anti-HCV,	Lotul-21. Test pentru determinarea anti-HCV,	Test Rapid HVC (Codul produsului:)	China	Safecare Biotech	Metoda imunocromatografică. Setul trebuie să conțină testul, caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare în limba de stat, și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de către producător -nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat , marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria,termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului, indicate pe ambalaj, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Metoda imunocromatografică. Setul trebuie să conțină testul, caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare în limba de stat, și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de către producător -nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat , marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria,termeni de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului, indicate pe ambalaj, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declaratie de conformitate CE
33100 000-1	22	Lotul-22. Test pentru determinarea H-Pylori Ag în masele fecale	Lotul-22. Test pentru determinarea H-Pylori Ag în masele fecale	Test Rapid H. Pylori (Codul produsului:CHP-200)	Turcia	Chil Tibbi	Metoda imunocromatografica. Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set	Metoda imunocromatografica. Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declaratie de conformitate CE
33100 000-1	23	Lotul-23. Test pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	Lotul-23. Test pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	Test Rapid FOB (Codul produsului:CTM-201)	Turcia	Chil Tibbi	Teste iFOBt(fit) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Teste iFOBt(fit) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declaratie de conformitate CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23