

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754311939142 / 21463176 din: 03.10.2025 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	Absorbent CO2, canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	Absorbent CO2, canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	NF-300WV	China	Shanghai Jaqi International Trade Co.,Ltd	Absorbent CO2, canistră, NaOH ≤ 2% (006931), Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 2 % Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri, Bucată	Absorbent CO2, NaOH 1 % (006930), Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie, fara potasiu : 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2.5-5 mm , particule cilindrice neregulate 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: 1 % 5.Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri DA, INFORMATIILE RELEVANTE SUNT INDICATE IN Soda Lime Technical file- Nafem	CE / ISO, În proces de înregistrare
6	Ansa electrochirurgi cală ovală 10mm (006935)	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935)	ES18-E1810/2400	China	Beijing ZKSK Tehnology Co., Ltd.	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935), Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935), Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: 2400 mm, Bucată DA, PAG 12/13 DIN ZKSK Catalogue	CE / ISO, În proces de înregistrare
7	Ansa electrochirurgi cală ovală 15mm (006936)	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936)	ES18-E1815/2400	China	Beijing ZKSK Tehnology Co., Ltd.	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935), Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935), Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: 2400 mm, Bucată DA, PAG 12/13 DIN ZKSK Catalogue	CE / ISO, În proces de înregistrare
14	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944)	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944)	VA-4213-26	Taiwan	GREAT GROUP MEDICAL CO., LTD.	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944), Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O, Bucată	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944), Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O, Bucată	CE / ISO, În proces de înregistrare
15	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	VA-4412-06	Taiwan	GREAT GROUP MEDICAL CO., LTD.	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945), Componenta minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plamin de rezervă,fără latex, ≥ 2L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35, Bucată	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945), Componenta minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plamin de rezervă,fără latex, ≥ 2L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35, Bucată	CE / ISO, În proces de înregistrare
67	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	CRRR401HP	China	SHAOXING CAREREMEDICAL APPLIANCE CO.,LTD	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min 100Pa Volum compresibil 70 ml Port luer lock obligatoriu DA Conexiuni 22F-15M, 22M-15F DA Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată DA, PAG 11 DIN E-catalogue 2023	CE / ISO, În proces de înregistrare

158	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 400mm x 200m (007109)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 400mm x 200m (007109)	KMNHR-400200 400MM*200M	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 400mm x 200m (007109), Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 400mm x 200m (007109), Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	CE / ISO, DM000427540
159	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 50mm x 200m (007110)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 50mm x 200m (007110)	KMNHR-050200 50MM*200M	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	CE / ISO, DM000427532
160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 75mm x 200m (007111)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 75mm x 200m (007111)	KMNHR-075200 75M*200M	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	CE / ISO, DM000427523
169	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	60.100.03 + 60.111.06	Italia	EF MEDICA SRL	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	CE / ISO, În proces de înregistrare
175	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern (007129)	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern (007129)	SVT4CI/ETALON /120/45	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern (007129), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru, Test	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern (007129), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru, Test	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-4
175	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru REGISTRU (007130)	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru REGISTRU (007130)	Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru REGISTRU (007130), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru REGISTRU (007130), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
176	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru (007131)	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min intern (007131)	SVT4CI/ETALON /120/45	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min intern (007131), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min intern (007131), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-6
176	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU (007132)	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU (007132)	Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU (007132), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU (007132), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

192	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU (007164)	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU (007164)	Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU (007164), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU (007164), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
193	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern (007165)	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern (007165)	SVT4CI/ETALON /134/7	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern (007165), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern (007165), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-40
193	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru REGISTRU (007166)	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru REGISTRU (007166)	Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru REGISTRU (007166), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru REGISTRU (007166), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
195	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170)	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170)	SEZ101	China	UNION MEDICAL SHENZHEN CO., LTD.	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170), Compatibil cu NEMOTO Componența minimă a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170), Compatibil cu NEMOTO Componența minimă a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set	CE / ISO, În proces de înregistrare
240	Linie extenzie (007316)	Linie extenzie (007316)	PMT0150	China	Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.	Linie extenzie (007316), pentru pompa angio, rezistente la presiune înaltă(minim 300 PSI), 1.5m, Bucată	Linie extenzie (007316), pentru pompa angio, rezistente la presiune înaltă(minim 300 PSI), 1.5m, Bucată	CE / ISO, În proces de înregistrare
251	Set seringă pentru CT (007365)	Set seringă pentru CT (007365)	SSC104	China	UNION MEDICAL SHENZHEN CO., LTD.	Set seringă pentru CT (007365), Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul conține: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatură - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie să fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector, Bucată	Set seringă pentru CT (007365), Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul conține: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatură - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie să fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector, Bucată DA, DIN SSC104_brochure	CE / ISO, În proces de înregistrare
254	Test indicator 55°C (interne) (007379)	Test indicator 55°C (interne) (007379)	SVPT1925	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Test indicator 55°C (interne) (007379), 55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea., Bucată	Test indicator 55°C (interne) (007379), 55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea., Bucată	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-41
274	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal cu Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal (007434)	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal cu Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal (007434)	SVT4CI/ETALON /134/5+Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Test indicator 55°C (interne) (007379), 55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea., Bucată	Test indicator 55°C (interne) (007379), 55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea., Bucată	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-42
275	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300 (007436)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300 (007436)	Medical X-Ray Film(14"x17")	China	SHENZHEN KENID MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300 (007436), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare până la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu aparatul AGFA drystar 5300, Bucată	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300 (007436), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare până la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu aparatul AGFA drystar 5300, Bucată DA, PAG 1 DIN Thermal Medical Film and Printer catalogue	CE / ISO,
276	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 (007437)	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 (007437)	Medical X-Ray Film(10"x12") HS code: 37011	China	SHENZHEN KENID MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 (007437), Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) Ambalare până la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302, Bucată	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 (007437), Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) Ambalare până la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302, Bucată DA, PAG 1 DIN Thermal Medical Film and Printer catalogue	CE / ISO

277	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 (007438)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 (007438)	Medical X-Ray Film(8"x10")	China	SHENZHEN KENID MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 (007438), Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302, Bucată	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 (007438), Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302, Bucată DA, PAG 1 DIN Thermal Medical Film and Printer catalogue	CE / ISO,
-----	---	---	----------------------------	-------	--	---	---	-----------

Semnăt: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4