

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1723551080015</u> din <u>13 august 2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice (lista suplimentată 13)</u>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 16						
	Incubator (termostat) 220 - 300 l	Germania	Binder	Incubator (termostat) 220 - 300 l Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 220 - 300 l Domeniul de temperatură programabil minim în intervalul 10 - 70 °C Variația temperaturii / acuratețea la 37°C ≤ 0.3 °C Mod de încălzire convecție naturală Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Clapetă de evacuare / schimb a aerului ajustabilă mecanic sau electronic Rafturi reglabile minim 2 Alarmă vizuala si sonora Incubatorul să	Incubator (termostat) 220 - 300 l Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 253 l Datasheet pag.2 Domeniul de temperatură programabil în intervalul +5 - 100 °C Datasheet pag.1 Variația temperaturii / acuratețea la 37°C ≤ 0.3 °C Datasheet pag.1 Mod de încălzire convecție naturală Timp de funcționare 1 - 999 min, (timer programabil pana la 9 zile 23h:59m) User Manual pag. 43 neîntrerupt da	CE/ISO

				corespundă standardului DIN 12880 Ethernet / USB / RS485 / RS232 communication port da, pentru colectare date Alimentarea 220 V, 50 Hz Suport tip măsuță cu patru picioare / roți cu frână fixate de carcasa de bază a termostatlui da	Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Datasheet pag.1 Usa dubla da Datasheet pag.1 Usa interna din sticla Datasheet pag.1 Construcția interioară din oțel inox) User Manual pag. 16 Stainless Steel V2A Clapetă de evacuare / schimb a aerului ajustabilă electronic – 5 pozitii Datasheet pag.1 Rafturi reglabile minim 2 Datasheet pag.1 Alaramă vizuala si Sonora Incubatorul să corespundă standardului DIN 12880 Datasheet pag.1 Ethernet / USB / RS485 / RS232 communication port da, pentru colectare date Datasheet Alimentarea 220 V, 50 Hz Suport tip măsuță cu patru picioare da	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova