

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1750054101563 din 25.07.2025

Obiectul achiziției: Utilaj medical și consumabile

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 49 Masa de operație	WY400	China	Shanghai Weyuan Medical Device Co., Ltd	Conform caietului de sarcini	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza: include head plate, back plate, kidney bridge, seat plate, leg plate and foot plate) Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile: Lungimea 210 cm. Lățimea 55 cm. Reglarea înălțimii 60-103 cm. Deplasarea longitudinală 35 cm. Poziționarea mesei Trendelenburg $\geq 30^{\circ}$. Inversarea trendelenburgului $\geq 30^{\circ}$. Secțiunile mesei 6 secții (include head plate, back plate, kidney bridge, seat plate, leg plate and foot plate). Înclinarea: Laterală $\geq 20^{\circ}$, secția din spate de la +80 la -40 grade. Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie. Secția de la talpa/picior $\geq 15^{\circ}/\geq 90^{\circ}/\geq 180^{\circ}$, detașabilă, divizată. Secția cap de la $\geq 55^{\circ}/\geq 90^{\circ}$. Greutatea pacientului ≥ 250 kg. Mărimea casetelor 35x43 cm. Atașarea de bază mobilă. Cu roți. Sistem de frânare a bazei tip mecanic. Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă. Alimentarea 220 V, 50 Hz. Telecomandă. Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei	ISO CE

					Pupitru de comandă. Accesorii: suport cot – 2 unit. suport picioare–2 unit. suport mâna (decubit lateral) – 1 unit.	
Lot 76 Centrifugă de laborator	CENTRIC CF 220	Slovenia	Domel	Conform caietului de sarcini	Centrifuga clinica de banc pentru cantități mici de probă - Poate găzdui tuburi de până la 15 ml - Nerefrigerat - controlat prin microprocesor - Capac de blocare de siguranță - Conform CE - Max. capacitate: 8 x 15 ml - Densitatea admisă: 1,2 kg/dm ³ - Viteza maxima (RPM)/Forta (RCF): 6.000/3.421 (unghi fix) - Sarcina conectată: 65 VA - Consum de curent: 300 W - Tensiune de rețea (± 10%): 240 V 1~ - Frecvența rețelei: 50 - 60 Hz Articole livrate: - Centrifuga - Accesorii - Manual de instructiuni în limba Română - Certificat de garantie si post garantie	ISO CE
Lot 91 Sistem de purificare a apei	EX-1101-P	Letonia	Adrona	Conform caietului de sarcini	Sistem de apă ultrapură și pură pentru analiza urmelor anorganice, cromatografie, microbiologie și biologie moleculară Crystal EX HPLC (Grade 1) and pure (Grade 2) apă pentru analiza urmelor anorganice Rezistivitatea apei de gradul 1 la 25 °C: 18,2 MΩ x cm Conductivitate de gradul 1 a apei la 25 °C: 0,055 μS/cm Rezistivitate de gradul 2 a apei la 25 °C: >10 MΩ x cm Conductivitate de gradul 2 a apei la 25°C: rezervor de stocare <0,1 tominal μS: L/hRata de dozare, apă ultrapură: până la 1,5 L/min.Pachet cu rezervor de stocare (rezervor de stocare apă „Pro” fără senzor multipunct, nr.piesa 13003)	ISO CE

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau