

F 4.1 SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639722683054 din 06.01.2022
 Denumirea procedurii de achiziție: Reactive și consumabile pentru laboratorul clinic 2022

	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solici-tata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standar-de de referință
32	Casetă ambalată individual pentru determinarea antigenului Helicobacter Pylori	SN 2.2	CAMPMEDICA	Romania	Cu eprubetă cu diluant și pipetă dozator, sensibilitate 99%, specificitate 98.1%. Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni, certificat CE	Cu eprubetă cu diluant și pipetă dozator, sensibilitate 94%, specificitate 96.7%. Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni, certificat CE	CE
43	Set p/u det-a troponinelor test rapid calitativ	SN 6.1	CAMPMEDICA	Romania	Test rapid	Test rapid-caseta	CE
45	Minicolet (mini-eprubetă cu ac)	450530	Austria	Greiner Bio -One	Eprubetă sterilă pentru colectarea sângelui capilar cu K3EDTA de 0,1 ml microcapilar de 100mcl cu capac pentru trnsportarea probelor fixat de tub	Eprubetă sterilă pentru colectarea sângelui capilar cu K3EDTA de 0,25/0,5 ml cu pilnie pentru colectare in capac.	CE
82	Eprubete tip Ependorf la volum 250 mcl		Germania	CAPPAHN Biotechnologie	Eprubete tip Ependorf la volum 250 mcl	Eprubete tip Ependorf la volum 200 mcl	CE
83	Eprubete tip Ependorf la volum 2 ml	3-208-C5-0	Germania	CAPPAHN Biotechnologie	Eprubete tip Ependorf la volum 2 ml	Eprubete sterile tip Ependorf la volum 2 ml,AND, ARN -free	CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: C.Lazari În calitate de: Product manager

Ofertantul: IM „Becor” SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5

NB! Certificatul de calitate se va elibera pe lot la livrare!