

# ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ

ТУ 3 Украины 14307481.001-92

## ИНДИКАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ ИВТ, ПБУ

чертеж АКГ.2.844.005

Применяются для измерения относительной влажности воздуха и температуры.



Гигрометры ВИТ-1 и ВИТ-2 имеют межповерочный интервал 2 года.



ВИТ-1

ВИТ-2

ПБУ

ИВТ

| Тип   | Диапазон измерения температуры сухого термометра, °С | Цена деления шкалы, °С | Диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур |                 | Габаритные размеры, мм |
|-------|--|------------------------|--|-----------------|------------------------|
|       |  |                        | Влажность, %   | Температура, °С |                        |
| ВИТ-1 | 0...+25  | 0,2                    | от 20 до 90  | +5...+25        | 290x120x50             |
| ВИТ-2 | +15...+40  |                        | от 54 до 90  | +20...+23       |                        |
|       |  | от 40 до 90            | +23...+26  |                 |                        |
| ИВТ   | +20...+70  | 0,5                    | от 20 до 90  | +26...+40       |                        |
|       |  |                        | от 40 до 80  | 0...+45         |                        |



Термометрическая жидкость: толуол  
Индикаторы и ПБУ не подлежат поверке.

Пример обозначения: ВИТ-1 (0+25°С) Индикатор ИВТ (+20+70 °С)