



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, muh. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 11 "

iunie

a./z. 2020

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

Maști de protecție nesterile, de unica folosință marca DR.FILTREX

sunt conforme **Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)** (se va indica  
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)  
Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuale

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**

Republica Moldova, "FILTRANIUM" SRL

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

„FILTRANIUM” SRL, Moldova, Ialoveni, str. M.Basarab, 1 a

**Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**

*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, procedura de confecționare, contract, aviz sanitar, declarație de conformitate pentru materie primă  
eticheta produsului

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

Măștile sunt confecționate din 3 straturi: stratul exterior - material filtrant nețesut Spunbond,  
densitatea 30 g/m<sup>2</sup>, stratul de mijloc - material filtrant nețesut SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond),  
densitatea 17 g/m<sup>2</sup>, stratul interior - material filtrant nețesut Spunbond, densitatea 23 g/m<sup>2</sup>, elastic și  
bandă de plastic, materiale admise pentru protecție individuală

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

producere, protecție individuală

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия  
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

producere, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

30 iunie 2023

**AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до:**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

000 1936

03



ex: St. Constantinovici  
tel: 574 679

10-XVI-09



## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

### Declară că produsele:

Semi-mască facială de unica folosință, filtrantă împotriva particulelor din material nețesut 100% PP tip (spunbond/meltblown), triplustrat, densitatea totală 70g/m2.

**producător:** S.R.L. "FILTRANIUM", mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 20.

### corespund cerințelor:

Regulamentul UE 2016/425 privind echipamentele de protecție individuale.  
SM SR EN 149 +A1:2010 p.4.2; p.7.5; p. 7.10; p.8.4.1

### Declarația este emisă în baza:

Raportului de încercări nr. 310-20D din 01 iulie 2020, eliberat de CAÎ "PIELART-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10;  
Rapoartelor a încercărilor de laborator nr. 4717; nr.4718 din 15 august 2019, eliberat de Centrul încercări ANSP Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale RM;  
Avizelor sanitare pentru produse alimentare și nealimentare;  
nr. P 2579/2019 din 17 august 2019;  
nr. P-5829/2020 din 11 iunie 2020, eliberate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău str. Gh. Asachi, 67a.

**Informație suplimentară:** Modulul de certificare A

Declarația dată este înregistrată sub nr. 0000006 din 02 iulie 2020



Director

S.R.L.

semnătura

Eduard JICUL

prenumele, numele



|                                                                                                        |                                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>310 – 20 D</b><br>« 01 » iulie 2020 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                        |                                                                   | Ediția: 4        |
|                                                                                                        |                                                                   | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                        |                                                                   | Pag. 2/2         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *№1 - Semi-mască facială, filtrantă împotriva particulelor, de unica foloșință, triplustrat, din material netesut 100% PP tip (spunbond), densitatea 70 g/m²:*

*a) stratul exterior culoare albastră, material netesut 100%PP tip (spunbond)*

*densitatea 30g/m², polipropilenă 100%;*

*b) stratul din mijloc culoare albă, material netesut 100%PP tip (spunbond)*

*densitatea 17g/m², polipropilen 100%;*

*c) stratul interior contact cu pielea culoare albă, material netesut 100% PP,*

*tip (spunbond) densitatea 23g/m², polipropilen 100%;*

| Nr. mostr./încerc. | Denumirea indicilor, unități măsură                                                                                              | Indicativul DN la produse încercate | Indicativul DN metodelor de încercări  | Norma indicilor pe DN                                                             | Valoarea indicilor de facto                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Rezistența vopsirii (strat de culoare albastră), baluri, min, la acțiunea:<br>• „transpirației”<br>- schimbarea culorii inițiale | SM SR EN 340 pct. 4.2 (d)           | SM EN ISO 105-E04                      | 4                                                                                 | 4                                                                                                    |
| 2                  | Ph-ul extractului apos (strat de culoare albastră)                                                                               | SM SR EN 340 pct. 4.2 (c)           | GOST ISO 3071                          | 3,5 - 9,5                                                                         | 6,7                                                                                                  |
|                    | Ph-ul extractului apos (strat de culoare albă)                                                                                   | SM SR EN 340 pct. 4.2 (c)           | GOST ISO 3071                          | 3,5 - 9,5                                                                         | 6,6                                                                                                  |
| 3                  | Permeabilitatea la aer (triplustrat), dm³/m²·s                                                                                   | SM SR EN 149+A1 pct. 7.5            | GOST 12088 pct. 4.3.3                  | De facto                                                                          | 611                                                                                                  |
| 4                  | Compatibilitatea cu pielea (strat de culoare albă)                                                                               | SM SR EN 149+A1 pct. 7.10           | SM SR EN 149+A1 pct. 8.4.1, pct. 8.4.2 | Nu trebuie să prezinte riscuri de iritație sau alte efecte nocive pentru sănătate | Nu sunt riscuri de iritație sau alte efecte pentru sănătate                                          |
| 5                  | Comfortul sistemului de bride                                                                                                    | SM SR EN 149+A1 pct. 8.4.1          | SM SR EN 149+A1 pct. 8.2               | Trebuie să fie confortabilă                                                       | Semi-masca acoperă nasul și gura, sistemul de bride are forma nasului, este confortabilă și practică |
| 6                  | Siguranța asamblărilor                                                                                                           |                                     | SM EN ISO 13934-1                      | -                                                                                 | Elasticul este întărit bine și suportă rezistența de rupere 1,6 kgf                                  |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incetitudinea se indică la solicitarea clientului.

|         |               |           |
|---------|---------------|-----------|
| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
| Inginer | Șveț E.       |           |



|                                                                                                            |                                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>310 – 20 D</b><br>« 01 » iulie 2020 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                            |                                                                   | Ediția: 4        |
|                                                                                                            |                                                                   | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                            |                                                                   | Pag. 1/2         |



**APROB**

Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2020

**La încercări s-au prezentat mostrele №1 - Semi-mască facială, filtrantă împotriva particulelor, de unica folosință, triplustrat, din material nețesut 100% PP tip (spunbond), densitatea 70 g/m<sup>2</sup>,**

**a) stratul exterior culoare albastră, material nețesut 100%PP tip (spunbond)**

**densitatea 30g/m<sup>2</sup>, polipropilenă 100%;**

**b)stratul din mijloc culoare albă, material nețesut 100%PP tip (spunbond)**

**densitatea 17g/m<sup>2</sup>, polipropilen 100%;**

**c) stratul interior contact cu pelea culoare albă, material nețesut 100% PP,**

**tip (spunbond) densitatea 23g/m<sup>2</sup>, polipropilen 100%;**

**Solicitant „Sertium Standart” SRL, mun. Chișinău, bd. Decebal, 138.**

**Producător S.R.L „FILTRANIUM”, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 20**

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 3 buc.**

**Data primirii mostrelor 29.06.2020**

**Data începerii încercări 29.06.2020**

**Mostrele prelevate de către expertul «Sertium Standard» și prezentate pe**

**baza raportului Nr. 10-20 din 26.06.2020, și programului Nr. 10-20 din 29.06.2020**

**Tipurile și scopurile încercărilor pentru declarație de conformitate**

**DN la produse și metode de încercări SM SR EN 149+A1:2010 „Aparate de protecție respiratorie. Semi-măști filtrante împotriva particulelor. Cerințe, încercări, marcare”, SM SR EN 340:2010 „Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale”, SM EN ISO 105-E04:2016 „Materiale textile. Încercări de rezistență a vopsirilor. Partea E04: Rezistența vopsirilor la transpirație”, GOST ISO 3071-2011 „Материалы текстильные. Метод определения pH водного экстракта”, GOST 12088-77 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”**

**Condițiile mediului în timpul încercărilor t = 18-22° C**

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.