

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1675064420798/21072509 conform SIARSAP M-Tender						
Obiectul achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
15.1. Compresor "ZT 55, Atlas Copco"	Compresor "ZT 55, Atlas Copco"	Belgia	Atlas Copco	Lucrări de mentenanță cu instalarea consumabilelor și pieselor de schimb: 2230011301 KIT A-MAINTENANCE (CKZA) 2230004100 KIT SERVICE (CKZA) 2230004101 KIT SERVICE (CKZA) 2230011309 KIT B-MAINTENANCE (CKZA) 2908850101 ROTO-Z 20L (CLZA) - 2 buc. LP Element Exchange KIT ZT55-90 HP Element Exchange KIT ZT55-90 Cooler Service KIT – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.	Lucrări de mentenanță cu instalarea consumabilelor și pieselor de schimb: 2230011301 KIT A-MAINTENANCE (CKZA) 2230004100 KIT SERVICE (CKZA) 2230004101 KIT SERVICE (CKZA) 2230011309 KIT B-MAINTENANCE (CKZA) 2908850101 ROTO-Z 20L (CLZA) - 2 buc. LP Element Exchange KIT ZT55-90 HP Element Exchange KIT ZT55-90 Cooler Service KIT – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.	Conform Anunțului de participare pct. 16.
15.2. Generator oxigen "IMT POC 8500 Med, INMATEC"	Generator oxigen "IMT POC 8500 Med, INMATEC"	Belgia	Atlas Copco	–Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Demontare supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an;	–Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Demontare supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an;	

				–Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Schimbare filtru INMATEC nou x1 ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC nou x1 ori/an; – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.	–Schimbare filtru INMATEC nou x1 ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC nou x1 ori/an; – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.
15.3. Uscător aer "FD 180 VSD, Atlas Copco"	Uscător aer "FD 180 VSD, Atlas Copco"	Belgia	Atlas Copco	Lucrări de mentenanță cu instalarea consumabilelor și pieselor de schimb: 2200902017 KIT WEAR DRAIN (CKQA) 1630058905 FILTER AIR (CWGA) 2901300407 FILTER KIT UD 140+ (CLQA) 2901300106 FILTER KIT PD/PDP 130+ (CLQA) – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.	Lucrări de mentenanță cu instalarea consumabilelor și pieselor de schimb: 2200902017 KIT WEAR DRAIN (CKQA) 1630058905 FILTER AIR (CWGA) 2901300407 FILTER KIT UD 140+ (CLQA) 2901300106 FILTER KIT PD/PDP 130+ (CLQA) – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Vasilita Stanislav

În calitate de: Adminisrator

Ofertantul: __ Rio Medical SRL

Adresa: Mun Chisinau. str.Testemiteanu 19/3. ap.101