

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1723110683742**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice**

Autoritatea contractantă: **Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	9.	Pat pentru examinare medicale	Pat pentru examinare medicale	OM 901	Turcia	OMMED	Pat pentru examinare medicală Lățime: 65cm ±10cm Înălțime: 65cm ±10cm Lungime: 190cm ±10cm Spătar reglabil-obligatoriu Sarcina maximă: ≥180kg Suprafața de culcare: piele artificială	Pat pentru examinare medicală Lățime: 60 cm Înălțime: 70 cm, Lungime: 180 cm. Spătar reglabil-obligatoriu Sarcina maximă: - 180 kg Suprafața de culcare: piele artificială	CE/Declarații de conformitate
	11.	Paravan medical cu 2 secții	Paravan medical cu 2 secții	PM-1 FR,	Moldova	Optimatcons	Paravan pliant mobil cu 2 secții Caracteristici tehnice Tip acoperire: Folie PVC; Dimensiuni generale: Lățime totala: 1450...1550mm, Înălțime: 1750...1850mm, Grosimea: 10...15 mm; Cadru metalic: Da; Secțiile au aceeași dimensiuni, părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°: Da; Culoare cadru: Alb; Masa: 8...11 kg	Paravan pliant mobil cu 2 secții. Caracteristici tehnice Tip acoperire: Folie PVC; Dimensiuni generale: Lățime totala: 1020 mm, Înălțime: 1760 mm, Grosimea: 10 mm; Cadru metalic: Da; Secțiile au aceeași dimensiuni, părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°: Da; Culoare cadru: Alb; Masa: 10 kg	

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova