

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21269186, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1723635612033 din "30" august 2024

Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile pentru Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor - relicitație

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
7	Staphylococcus aureus ATCC 6538ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	0485A_STAPHYLOCOCCUS AUREUSATCCreg; 6538trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Nivel de biosecuritate: 2 Preparat cantitativ de microorganisme care furnizează mai puțin de 100 CFU per 0,1 ml de suspensie hidratată. Nu sunt necesare diluții. Kitul conține: 5 pelete dintr-o singură tulpină enumerată, 5 flacoane de lichid hidratant (1,2 ml per flacon) și un certificat de analiză peel-off. Conform insert tehnic atasat: EZ-Accu Shot	CE, ISO
8	Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	0484A_PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCCreg; 9027trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Nivel de biosecuritate: 2 Preparat cantitativ de microorganisme care furnizează mai puțin de 100 CFU per 0,1 ml de suspensie hidratată. Nu sunt necesare diluții. Kitul conține: 5 pelete dintr-o singură tulpină enumerată, 5 flacoane de lichid hidratant (1,2 ml per flacon) și un certificat de analiză peel-off. Conform insert tehnic atasat: EZ-Accu Shot	CE, ISO
9	Bacillus subtilis ATCC 6633(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	0486A_BACILLUS SUBTILIS SUBS. SPIZIZENII ATCCreg; 6633trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Nivel de biosecuritate: 1 Preparat cantitativ de microorganisme care furnizează mai puțin de 100 CFU per 0,1 ml de suspensie hidratată. Nu sunt necesare diluții. Trusa conține: 5 pelete dintr-o singură tulpină enumerată și 5 flacoane de lichid hidratant (1,2 ml per flacon). Conform insert tehnic atasat: EZ-Accu Shot	CE, ISO
10	C.albicans ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	0443A_CANDIDA ALBICANSATCCreg; 10231 trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Nivel de biosecuritate: 1 Preparat cantitativ de microorganisme care furnizează mai puțin de 100 CFU per 0,1 ml de suspensie hidratată. Nu sunt necesare diluții. Trusa conține: 5 pelete dintr-o singură tulpină enumerată și 5 flacoane de lichid hidratant (1,2 ml per flacon). Conform insert tehnic atasat: EZ-Accu Shot	CE, ISO
11	E.Coli ATCC 8739(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	0483A_ESCHERICHIA COLI ATCCreg; 8739 trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate,	Nivel de biosecuritate: 1 Preparat cantitativ de microorganisme care furnizează mai puțin de 100 CFU per 0,1 ml de suspensie hidratată. Nu sunt necesare diluții. Kitul conține: 5 pelete dintr-o singură tulpină enumerată și 5 flacoane de lichid hidratant (1,2 ml per flacon). Conform insert tehnic atasat: EZ-Accu Shot	CE, ISO
12	Clostridium sporogenes ATCC 19404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	0317A_CLOSTRIDIUM SPOROGENES ATCCreg; 19404trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Preparat cantitativ de microorganisme care furnizează mai puțin de 100 CFU per 0,1 ml de suspensie hidratată. Nu sunt necesare diluții. Trusa conține: 5 pelete dintr-o singură tulpină enumerată și 5 flacoane de lichid hidratant (1,2 ml per flacon). Conform insert tehnic atasat: EZ-Accu Shot	CE, ISO
13	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	0392A_ASPERGILLUS BRASILENSIS ATCCreg; 16404 trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Nivel de biosecuritate: 1 Preparat cantitativ de microorganisme care furnizează mai puțin de 100 CFU per 0,1 ml de suspensie hidratată. Nu sunt necesare diluții. Trusa conține: 5 pelete dintr-o singură tulpină enumerată și 5 flacoane de lichid hidratant (1,2 ml per flacon). Conform insert tehnic atasat: EZ-Accu Shot	CE, ISO

14	Sacehromyces Cerevisiae ATCC 9763(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	0699A_Saccharomyces cerevisiae derived from ATCC® 9763™	SUA	Microbiologics, Inc.	ATCC 16404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	Nivel de biosecuritate: 1 Preparat cantitativ de microorganisme care furnizează mai puțin de 100 CFU per 0,1 ml de suspensie hidratată. Nu sunt necesare diluții. Kitul conține: 5 pelete dintr-o singură tulpină enumerată, 5 flacoane de lichid hidratant (1,2 ml per flacon) și un certificat de analiză peel-off. Conform insert tehnic atasat: Lot 14 - Insert tehnic	CE, ISO
16	Mycobacterium smegmatis ATCC 607	0114P_ MYCOBACTERIUM SMEGMATIS ATCCreg; 607trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Nivel de biosecuritate: 1 2 unități autonome ale unui singur organism. Conform insert tehnic atasat: Lot 16 - Insert tehnic	CE, ISO
18	Micrococcus luteus ATCC 9341	0688Z_KOCURIA RHIZOPHILA ATCCreg; 9341trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an	Nivel de biosecuritate: 1 20 de pelete dintr-un microorganism care furnizează mai puțin de 100 CFU per 0,1 ml și 10 fiole [2,0 ml ea] de lichid hidratant. Nu sunt necesare diluții. Fiecare flacon de 2 ml de suspensie hidratată oferă 19 inocule. Conform insert tehnic atasat: Lot 18 - Insert tehnic; Lot 18 - ATCC 9341_ Name Change Letter	CE, ISO
19	B. cereus ATCC 11778	0256P_B. CEREUS ATCCreg; 11778trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Conform cerintelor Ph. Eur. 2.7.2. Cu certificat de calitate	Nivel de biosecuritate: 1 2 unități autonome ale unui singur organism. Conform insert tehnic atasat: Lot 19 - Insert tehnic	CE, ISO
21	Carduri Vitek BCL	21345_VITEK 2 BCL	SUA	bioMerieux Inc.	Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrării, 2 cutii in I semestru si o cutie in al II semestru2 cutii in I semestru si o cutie in al II semestru. Cu certificat de calitate	Conform insert tehnic: Lot 21 - Package Insert - ro - 21345_Vitek 2 BCL	ISO
22	Carduri Vitek GN	21341_VITEK 2 GN	SUA	bioMerieux Inc.	Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrării, 2 cutii in I semestru si 2 cutii in al II semestru. Cu certificat de calitate	Conform insert tehnic: Lot 22 - Package Insert - 21341_VITEK 2 GN - ro	CE, ISO
23	Standarde de turbiditate pentru DensiChek plus	21255_KIT DENSCHECK PLUS STANDARDS	SUA	bioMerieux Inc.	Conform cerintelor Ph. Eur. 2.6.14. Cu certificat de calitate.	Conform insert tehnic: Lot 23 - Package Insert - 043395-02 - ro - 21255	ISO
40	Brevundimonas diminuta ATCC 19146	0805P_ B. DIMINUTA ATCCreg; 19146trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.14 Certificat de conformitate și termen de valabilitate minim doi ani. Test biologic pentru controlul sterilizării prin filtrare.	Nivel de biosecuritate: 1 2 unități autonome ale unui singur organism. Conform insert tehnic: lot 40 – Insert tehnic	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **S.R.L. Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1