



ООО "Минимед", 241520, Российская Федерация, Брянская область,
Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Код ОКП 93 9816

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2009/05559 от 21.08.2009 г.

Паспорт
Масло иммерсионное
ТУ 9398-011-29508133-2009

Серия:

Дата изготовления:

Срок годности – 1,5 года с даты изготовления.

1. Назначение

Используется для апохроматических и ахроматических объективов микроскопов всех видов, кроме люминесцентных, предназначенных для работы в видимой области спектра.

2. Технические требования

Наименование показателя	Характеристика и норма по ТУ	Результаты анализа
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость со слабым желтоватым оттенком	Соответствует
Удельный вес, г/см ³ при t = 20°C	0,91±0,01	0,92
Показатель преломления при t = 20°C	1,5150-1,5180	1,5152
Коэффициент пропускания света в слое масла толщиной 1 мм в спектр. диапазоне	500-720 нм - не менее 95%; 400-480 нм - не менее 92%	96
Вязкость при t = 20°C, мм ² /с	220-400	360

Иммерсионное масло легко удаляется с поверхности препарата, фронтальной линзы и оправы объектива; инертно к окрашенным и неокрашенным препаратам.

Упаковка – флаконы вместимостью 100,0 мл.

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование должно проводиться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение - в упаковке предприятия-изготовителя в прохладном месте при относительной влажности воздуха не более 80% в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред в течение всего срока годности.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества масла иммерсионного требованиям ТУ 9398-011-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения в течение всего срока годности.

Начальник ОТК



Захаров А.Н.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ФСР 2009/05559

от 21 августа 2009 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

ООО "МиниМед", Россия, 241520, Брянская обл., Брянский район,
п.Супонево, пер.Комсомольский, д.4

и подтверждает, что изделие медицинского назначения

Набор реагентов "Масло иммерсионное" по ТУ 9398-011-29508133-2009
производства

ООО "МиниМед", Россия, 241520, Брянская обл., Брянский район,
п.Супонево, пер.Комсомольский, д.4

класс потенциального риска 1

ОКП 93 9816

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 28993 от 18.06.2009

приказом Росздравнадзора от 21 августа 2009 года № 6726-Пр/09
разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Н.В. Юргель

ИНН 006242