

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1640345686043](#) din **24.12.2021**

Obiectul achiziției: *Servicii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare și a dispozitivelor medicale pentru anul 2022*

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciilor	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b> Balanță electronică	X	X	X		X	X
<b>Lotul 2</b> Balanță electronică	X	X	X	Etalonare	X	X
<b>Lotul 3</b> Ajustarea balanței electronice	X	X	X		X	X
<b>Lotul 4</b> Balanță mecanică cu cadran pînă la 20 kg	X	X	X		X	X
<b>Lotul 5</b> Aparat de cîntărit pînă la 500 kg	X	X	X		X	X
<b>Lotul 6</b> Higrometru psihrometric	X	X	X		X	X
<b>Lotul 7</b> Manometru	X	X	X		X	X
<b>Lotul 8</b> Manometru cu contacte electrice	X	X	X		X	X
<b>Lotul 9</b> Refractometru	X	X	X		X	X
<b>Lotul 10</b> Termometru	X	X	X		X	X
<b>Lotul 11</b> Termometru digital	X	X	X	Etalonare	X	X
<b>Lotul 12</b> Contor de apă DCF-CF DN-80	X	X	X		X	X
<b>Lotul 13</b> Transformator de curent TИИИИ-0,66 400/5A	X	X	X	La sediu IMSP IO	X	X
<b>Lotul 14</b> Contor de gaz ЧИГ-741	X	X	X		X	X
<b>Lotul 15</b> Dozimetru Radiogem 2000	X	X	X		X	X
<b>Lotul 16</b> Dozimetru RadEye 20	X	X	X		X	X

<b>Lotul 17</b> Dozimetru Nomex T11049	X	X	X	Etalonare	X	X
<b>Lotul 18</b> Dozimetru Unidos	X	X	X		X	X
<b>Lotul 19</b> Contaminometru RDS-80, cu material de referință	X	X	X		X	X
<b>Lotul 20</b> Contaminometru RadEye 20, cu material de referință	X	X	X		X	X
<b>Lotul 21</b> Contaminometru FHT-111M, cu material de referință	X	X	X	AM+V (Aprobare de model+ verificare)	X	X
<b>Lotul 22</b> Contaminometru LB-124, cu material de referință	X	X	X	AM+V (Aprobare de model+ verificare)	X	X
<b>Lotul 23</b> Dose Calibrator PET-Doze 1Ci	X	X	X		X	X
<b>Lotul 24</b> Dose Calibrator VDC-606	X	X	X		X	X
<b>Lotul 25</b> Termometru digital OPUS20	X	X	X	Termometru + barometru	X	X
<b>Lotul 26</b> Monitoare de pacient	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 27</b> Dispozitive de anestezie	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 28</b> Dispozitive de respirație	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018

<b>Lotul 29</b> Dispozitive de electrochirurgie	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 30</b> Electrocardiografe	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 31</b> Pompe de infuzie	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 32</b> Pulsoximetre	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 33</b> Dispozitive de măsurare a presiunii art-le	Verificare periodică a DM	N/A	N/A	Mecanice	Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din

						14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 34</b> Dispozitive de măsurare a presiunii art-le	X	X	X	Electronice	X	X
<b>Lotul 35</b> Dispozitive ultrasonografice	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 36</b> Analizator medical	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 37</b> Autoclave	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 38</b> Termostate	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr.

						30 din 12.01.2018
<b>Lotul 39</b> Baie de apă	X	X	X	Etalonare	X	X
<b>Lotul 40</b> Dispozitive de fizioterapie	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 41</b> Centrifugi de laborator	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 42</b> pH-metru	Verificare periodică a DM	N/A	N/A		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
<b>Lotul 43</b> Termometre digitale	X	X	X		X	X

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Sorin TIMOFEI În calitate de: Director

Ofertantul: „ETALONLAB” SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Neculce, 5