

Centrifugă de laborator (24 tuburi)			
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
Model		TDL-4A	
Descriere	Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.		
Parametrul		Specificația	
Viteza de rotație	Minimală, rpm	reglabilă	reglabilă
	Maximală, rpm	≥ 3500	4000
	Setări	setarea vitezei	setarea vitezei
Capacitatea	Tipul tuburilor	tuburi de 2 - 15 ml	tuburi de 15 ml
	Numărul de tuburi	24 unitati	24 unitati
Timer	Gama de timp	0 - ≥60 min	0 - 99min
	Incrementarea	≤1 min	≤1 min
Securitatea	Blocarea capacului în timpul lucrului	da	da
Indicatori	Indicari vizuale și acustice	da	da
	Debalansare	da	da
	Pornire/oprire	da	da
	Depășirea vitezei	da	da
	Capac deschis	da	da
Display	Digital	da	LED
Nivelul de zgomot	≤ 60 dB	da	da
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare		da	da
Garanția		12 luni	12 luni