

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1644327610984 din: 18 febr 2022, 9:00 - 1 mart 2022, 9:00

Obiectul achiziției: Servicii de reparație a dispozitivelor medicale – 2022

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
5	50420000-5	5. Lucrări de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-H185, Olympus	-	-	-	Video gastroscop cu un canal Olympus GIF-H185, s/n:2400762 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare elevatorului; Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	Video gastroscop cu un canal Olympus GIF-H185, s/n:2400762 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare elevatorului; Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	-
6	50420000-5	6. Lucrări de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-2TH180, Olympus	-	-	-	Videogastroscop cu două canale Olympus GIF-2TH180, s/n:2401092 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare CCD-camera Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	Videogastroscop cu două canale Olympus GIF-2TH180, s/n:2401092 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare CCD-camera Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	-
7	50420000-5	7. Lucrări de reparație și ajustare a duodenoscopului "TJF-Q180V, Olympus"	-	-	-	Videogastroscop cu două canale Olympus TJF-Q180V, s/n:2405633 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor;	Videogastroscop cu două canale Olympus TJF-Q180V, s/n:2405633 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor;	-

						1.11. Setarea etansietatii;	1.11. Setarea etansietatii; Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	
8	50420000 -5	8. Lucrări de reparație și ajustare a video colonoscopului CF-Q165L, Olympus	-	-	-	Videocolonoscop Olympus CF-Q165L, s/n:2103677 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C- tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii;	Videocolonoscop Olympus CF-Q165L, s/n:2103677 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C- tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**