

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR** -ocds-b3wdp1-MD-1633690947983

Denumirea procedurii de achiziție: Fotolii pentru recoltarea singelui

Autoritatea contractanta: IMSP Centrul de Sanatate Dubasari

Co d CP V		Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolulu i	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	1	Fotolii pentru recoltarea singelui	OM- 1425	Turcia	Ommel	Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru recoltarea sîngelui Specificația: Acțiune mecanică, Secțiuni > 3 Suporturi pentru mâini, înălțimea suportului pentru mâini reglabilă, 70-95cm ±10% Carcasul: oțel vopsit electrostatic Suprafața: acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Capacitate maximă >150 kg. Se solicită fotolii Iară reglare pe înălțime de tip iix doar cu posibilitatea de reglare a înălțimii pentru suporturile a mâinilor	Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru recoltarea sîngelui Specificația: Acțiune mecanică, Secțiuni 3 Suporturi pentru mâini, înălțimea suportului pentru mâini reglabilă, 70-95cm ±10% Carcasul: oțel vopsit electrostatic Suprafața: acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Capacitate maximă >150 kg. Se solicită fotolii Iară reglare pe înălțime de tip iix doar cu posibilitatea de reglare a înălțimii pentru suporturile a mâinilor	Certificat ISO,CE, Declaratie de conformat e

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Olga Balanescu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Railsmed** Adresa: str. Maria Dragan 19, Chisinau, Republica Moldova