

ÎCS „TehGaz Grup” SRL

MD-2069, or. Chişinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

Certificat de calitate № 3108

pentru oxigen medicinal în stare gazoasă

Partida №: 2302

Numărul cisternei ИТК 5/0,25


Masa netă

| № | Denumirea indicilor | Document normativ GOST 5583-78 | Rezultatele analizei |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de | 99,5 | 99.85 |
| 2 | Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de | 0.009 | 0.0003 |
| 3 | Concentrația de H ₂ , în %, nu mai mult de | Nu se testează | - |
| 4 | Concentrația de CO ₂ , nu mai mare | 0.01 | 0.004 |
| 5 | Conținutul de CO | Reținut conform aliniatului 3.6 | Reținut |
| 6 | Conținutul de acizi | Reținut conform aliniatului 3.7 | Reținut |
| 7 | Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative | Reținut conform aliniatului 3.8 | Reținut |
| 8 | Conținutul de baze | Nu se testează | - |
| 9 | Prezența mirosului | Absent | abs |

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Inginer laborant:

Laboratorul Secției de Producere



Data: 03.03.2023