

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712230427732 / 21199415 din: 14.04.2024conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Frigider combinat cu congelator de laborator

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Frigider combinat cu congelator de laborator	YCD-EL300	China	Meiling Cryogenics	<p>Cerințe generale: Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Lățimea sau adâncimea maxim 700 mm Capacitate: Frigider: 200 +/- 5 lit; Congelator: 100 +/-5 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. Rafturi minim 3 + 3; Alimentare / Tensiune: 220-230V; Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție minim 12 luni; Izolație fără HCFC și CFC</p>	<p>Cerințe generale: Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Lățimea sau adâncimea maxim 700 mm Capacitate: Frigider: 200 +/- 5 lit; Congelator: 100 +/-5 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. Rafturi minim 3 + 3; Alimentare / Tensiune: 220-230V; Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție minim 12 luni; Izolație fără HCFC și CFC</p>	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51