

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1738331300299 din 17.02.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat) noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 14.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților
IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat)"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocde-b3wdp1-MD-
1738331300299 din 17.02.2025

pentru o durată de 160 (una sută șazeci) zile, respectiv până la data de
27.07.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 14.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1738331300299 din 17.02.2025		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat)		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	2-10-02-240 ; 2-10-02-260; 2-10-02-280; 2-10-02-300; 2-10-02-320; 2-10-02-340; 2-10-02-360; 2-10-02-380; 2-10-05-240 ; 2-10-05-260; 2-10-05-280; 2-10-05-300; 2-10-05-320; 2-10-05-340; 2-10-05-360; 2-10-05-380; 2-10-17-300; 2-10-17-320; 2-10-17-340; 2-10-17-360; 2-10-17-380; 2-10-20-300 ; 2-10-20-320; 2-10-20-340; 2-10-20-360; 2-10-20-380 DOUBLE PROXIMAL FEMORAL NAIL 130°	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variantă electronică sau pe suport hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresie; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vîrf tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 2-3, Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - Varianta electronică a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare atasata (Tehnica chirurgicală_Proximal Femoral Nail_). - Tijă este canulată cu design, care permite implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Tijele au marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 130° față de axa tijei centromedulare; - prezintă șurub de compresie; - gaura distala e la cel mult 5 mm de vîrf tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorirea se realizează cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj sunt cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepta schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, se vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000460837; DM000460839; DM000460841; DM000460842; DM000460844; DM000460846; DM000460848; DM000460850; DM000460851; DM000460853; DM000460855; DM000460856; DM000460858; DM000460860; DM000460862; DM000460864; DM000460865; DM000460867; DM000460869; DM000460871; DM000460873; DM000460874; DM000460876; DM000460878; DM000460880; DM000460882
8.2		Suruburi zăvorăre distală diam. 4.5-5.0mm, titan	1-01-86-40 ; 1-01-86-42; 1-01-86-44; 1-01-86-46 ; 1-01-86-48 ; 1-01-86-50 ; 1-01-86-52 ; 1-01-86-54 ; 1-01-86-56 ; 1-01-86-58 ; 1-01-86-60 Self tapping locking screws 4,5 mm	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Surub zăvorăre distală, lungime de la 40mm până la 66 mm (+/-1mm), titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vîrf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 7, Diam 4,5 mm Surub zăvorăre distală, lungime de la 40mm până la 66 mm (+/-1mm), titan Toate șuruburile de zăvorăre sunt cu vîrf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000460826; DM000460827; DM000460828; DM000460829; DM000460830; DM000460831; DM000460832; DM000460833; DM000460834; DM000460835; DM000460836
8.3		Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan	1-07-161-85, 1-07-161-90, 1-07-161-95, 1-07-161-100, 1-07-161-105, 1-07-161-110 Lag screw, complete, 11 mm	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vîrf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 5, Diam 11,0 mm Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre sunt cu vîrf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000460883; DM000460882; DM000460884; DM000460885; DM000460886; DM000460887
8.4		Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan	1-01-163-90 1-01-163-95 1-01-163-100 1-01-163-105 Molar cannulated anti-rotation screw 6,5 mm	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 90mm până la 105 mm, cu incementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vîrf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 6, Diam 6,5 Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 90mm până la 105 mm, cu incementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre sunt cu vîrf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000460888 DM000460889 DM000460890 DM000460891

8.5		Set instrumente	4-51-04-00 INSTRUMENT SET	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;	Set instrumente Fixatoarele vor fi livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tije; - Instrumentariul are marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distala cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm (FLEXIBLE REAMERS). - Instrumentarul conține tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000459720
39	Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată	Tija tibie	2-08-11-200; 2-08-11-210; 2-08-11-220; 2-08-11-230; 2-08-11-240; 2-08-11-250; 2-08-11-260; 2-08-11-270; 2-08-11-280; 2-08-11-290; 2-08-11-300; 2-08-12-200; 2-08-12-210; 2-08-12-220; 2-08-12-230; 2-08-12-240; 2-08-12-250; 2-08-12-260; 2-08-12-270; 2-08-12-280; 2-08-12-290; 2-08-12-300 RETROGRADE LOCKING TIBIAL NAIL	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Tija tibie. "Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 200,0- 300,0mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd transcalcanean - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cît și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea proximala să se realizeze cu șuruburi de zăvorîre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping);	RETROGRADE LOCKING TIBIAL NAIL Tija tibie. "Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 200,0- 300,0mm, - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tije centromedulare atasata - Tibia Retrograde nail _surgical technique. - Tija este canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă retrograd transcalcanean - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele vor fi livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă = Tibia Retrograde nail _surgical technique pag 4-6; - Instrumentarul este același producător cu tije; - Instrumentariu cît și tije și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm (FLEXIBLE REAMERS). - Instrumentarul conține tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea proximala se realizeaza cu șuruburi de zăvorîre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj sunt cu vîrf tăietor (self tapping);	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000460899; DM000460900; DM000460901; DM000460902; DM000460903; DM000460904; DM000460905; DM000460906; DM000460907; DM000460908; DM000460909 ; DM000460918; DM000460919; DM000460920; DM000460921; DM000460922; DM000460923; DM000460924; DM000460925; DM000460926; DM000460927; DM000460928
42	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan	1-01-86-26; 1-01-86-28; 1-01-86-30; 1-01-86-32; 1-01-86-34; 1-01-86-36; 1-01-86-38; 1-01-86-40; 1-01-86-42; 1-01-86-44; 1-01-86-46; 1-01-86-48; 1-01-86-50; 1-01-86-52; 1-01-86-54; 1-01-86-56; 1-01-86-58; 1-01-86-60 Self tapping locking screws 4,5 mm	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan; L 26,0-75,0 mm; Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Catalogul producatorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 7, Surub 4,5 mm zavorire titan; L 26,0-75,0 mm; Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000460819; DM000460820; DM000460821; DM000460822; DM000460823; DM000460824; DM000460825; DM000460826; DM000460827; DM000460828; DM000460829; DM000460830; DM000460831; DM000460832; DM000460833; DM000460834; DM000460835; DM000460836

Semnat: _____Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1738331300299 din 17.02.2025							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	bucată	20	4 000.00	4 000.00	80 000.00	80 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	3310000-1	-	-
8.2		Suruburi zăvorăre distală diam. 4.5- 5.0mm, titan	bucată	40	200.00	200.00	8 000.00	8 000.00		3310000-1	-	-
8.3		Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan	bucată	20	750.00	750.00	15 000.00	15 000.00		3310000-1	-	-
8.4		Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan	bucată	20	350.00	350.00	7 000.00	7 000.00		3310000-1	-	-
8.5		Set instrumente	bucată	1	0.00	0.00	0.00	0.00		3310000-1	-	-
Total lot							110 000.00	110 000.00				
39	Tijă Centromedulară tibială blocată, retrograda, canulată	Tija tibie	bucată	10	2 590.00	2 590.00	25 900.00	25 900.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	3310000-1	-	-
Total lot							25 900.00	25 900.00				

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

42	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan	bucată	50	225.60	225.60	11 280.00	11 280.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	3310000-1	-	-
Total lot							11 280.00	11 280.00				
TOTAL Oferta							147 180.00	147 180.00				

Semnăt:_____Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1738331300299 din 17.02.2025
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.
- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat.
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor
- Accepta schimbul șuruburilor/ plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției
- Marcajul producătorului este indicat pe fiecare placă;
- Bunurile oferite în lot sunt compatibile între ele.

Data completării: 14.02.2025

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator
S.C. OXIVIT-MED S.R.L.

(semnătura)