

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1653050461322 din 24.05.2022						
Obiectul achiziției: Biodistructive pentru sterilizarea endoscoapelor						
Denumire a bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sterilizarea chimică a videoendoscoapelor.	VIRUTON® PULVER 5 KG	Polonia	MEDISEPT SP. Z O.O.	Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare videoendoscoapelor) Virucidă EN 14476, Bactericidă EN 14561, Fungicidă/ levurucidă EN 14562, Tuberculocidă/mycobactericidă EN 14348, Sporidică EN 13704 Certificări: *Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; *Înregistrarea produsului în Registrul Național al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor medicale , până la deschiderea ofertelor. *Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau original a produsului în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. *Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. *Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/ rusă și traducerea în limba română. confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Cerințe tehnice: Substanța activă – pe bază de percarbonat de sodiu, enzime, inhibitori de coroziune (fără activatori) ambalaj-până la 5 kg, produse compatibile pentru endoscoapele Olympus, Wolf, Fujitsu. Valabilitatea soluției de lucru minim 24 ore. Expoziția până la 10 min. Termen de valabilitate a produsului nu mai puțin de 2 ani. Se va prezenta extras din cataloagele producătorilor de endoscoape sus numiți unde este menționat că substanțele active ale dezinfectantului oferit sunt acceptate pentru dezinfecția/sterilizarea endoscopului și a opticii.	Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare videoendoscoapelor) Virucidă EN 14476, Bactericidă EN 14561, Fungicidă/ levurucidă EN 14562, Tuberculocidă/mycobactericidă EN 14348, Sporidică EN 13704 Certificări: *Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; *Înregistrarea produsului în Registrul Național al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor medicale , până la deschiderea ofertelor. *Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau original a produsului în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. *Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. *Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/ rusă și traducerea în limba română. confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Cerințe tehnice: Substanța activă – pe bază de percarbonat de sodiu, enzime, inhibitori de coroziune (fără activatori) ambalaj-până la 5 kg, produse compatibile pentru endoscoapele Olympus, Wolf, Fujitsu. Valabilitatea soluției de lucru minim 24 ore. Expoziția până la 10 min. Termen de valabilitate a produsului nu mai puțin de 2 ani. Se va prezenta extras din cataloagele producătorilor de endoscoape sus numiți unde este menționat că substanțele active ale dezinfectantului oferit sunt acceptate pentru dezinfecția/sterilizarea endoscopului și a opticii.	DM000037771

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice
Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23