

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru IMSP Spitalul Raional Cahul

Nr. Licitației: ocds-b3wdp1-MD-1580739228382	Data: 25 februarie 2020
Denumirea Licitației: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2020	

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lotul 4. Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XS-1000i, Producător Japonia de tip închis						
4.1	33696500-0	Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare.	Cellpack	Japonia	Sysmex	"Ambalaj solicitat: 20 L Componenta: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului."	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standart p/u aparat: 20 L	CE, ISO
4.2	33696500-0	Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor și trombocitelor și diluarea leucocitelor.	Stromatolyser-4DL	Japonia	Sysmex	"Ambalaj solicitat: 5 L Componenta: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammoniumsalt 0,08%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului "	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standart p/u aparat: 5 L	CE, ISO
4.3	33696500-0	Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil.	Stromatolyser-4DS	Japonia	Sysmex	"Ambalaj solicitat: 42 ml Componenta: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului "	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standart p/u aparat: 42 ml	CE, ISO
4.4	33696500-0	Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor și măsurarea hemoglobinei.	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	"Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenta: Sodium lauryl sulphate 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului "	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standart p/u aparat: 3x500 ml	CE, ISO
4.5	33696500-0	Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.	Cellclean	Japonia	Sysmex	"Ambalaj solicitat: 50 ml Componenta: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului "	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standart p/u aparat: 50 ml	CE, ISO
4.6	33696500-0	Set control 5 DIFF în 3 nivele scăzut, normal, înalt).	E-Check (XS)	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului."	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standart p/u aparat: 3x1,5 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lotul 5. Piese de schimb pentru analizator hematologic automat de tip închis, SYSMEX XS-1000						
5.1	33696500-0	Set de mentenanță anual pentru Sysmex XS-1000i	Maintenance kit	Japonia	Sysmex	Conform invitației	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i;	CE, ISO
		Lotul 12: Reactivi și consumabile care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)						
6	33696500-0	Proteina C reactivă, metoda latex, 100 teste	Humatex CRP	Germania	Human	Conform invitației	Conform cerințelor; ambalaj 100 teste	CE, ISO
7	33696500-0	Factor Reumatoid, metoda latex, 100 teste	Humatex RF	Germania	Human	Conform invitației	Conform cerințelor; ambalaj 100 teste	CE, ISO
8	33696500-0	ASLO, metoda latex, 100 teste	Humatex ASO	Germania	Human	Conform invitației	Conform cerințelor; ambalaj 100 teste	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**