

Specificații tehnice (Anexa nr. 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1727330533234/ 21283741 din 29.10.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea KIT-urilor HLA de diagnostic al compatibilitatii donator/receptor în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2025

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2		3	4	5	6	7
Lot 1 Kit SSO HLA									
331000-00-1	1.1	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-A	LIFECODES HLA-A eRES SSO Typing Kit Code 628913 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Nr. AMDM: DM000669807; DM000682806;
331000-00-1	1.2	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-B	LIFECODES HLA-B eRES Typing Kit Code 628917 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map; Confirm ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Nr. AMDM: DM000669808; DM000682806;
331000-00-1	1.3	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-C	LIFECODES HLA-C eRES Typing Kit Code 628921 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Nr. AMDM: DM000669829; DM000682806;

331000 00-1	1.4	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-DRB1	LIFECODES HLA-DRB1 eRES Typing Kit Code 628925 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Nr. AMDM: DM000669809; DM000682806;
331000 00-1	1.5	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-DQB1	LIFECODES HLA-DQA1/B1 SSO Typing Kit Code 628930 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Nr. AMDM: DM000669830; DM000682806;
Lot 2 Kit LAB									
331000 00-1	2.1	Kit LAB	Kit LAB Screen Single Class I	LIFECODES LSA Class I Code 265100	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set sunt incluși reagenții: -negativ serum "LSA Class I Negative Control" -pozitiv serum "LSA Class I Positive Control", -PE conjugate goat anti-human IgG "LSA Conjugate Concentrate" <i>Se mentioneaza faptul ca reagentii sunt inclusi in kitul "LIFECODES LSA Class I" conform instructiunii de utilizare pag. 2</i>	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Nr. AMDM: DM000669797
331000 00-1	2.2	Kit LAB	Kit LAB Screen Single Class II	LIFECODES LSA Class II Code 265200	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set sunt incluși reagenții: -negativ serum "LSA Class II Negative Control" -pozitiv serum "LSA Class II Positive Control" -PE conjugate goat anti-human IgG "LSA Conjugate Concentrate" <i>Se mentioneaza faptul ca reagentii sunt inclusi in kitul "LIFECODES LSA Class II" conform instructiunii de utilizare pag. 2</i>	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Nr. AMDM: DM000669798
Lot 3 Luminex 100/200 performance									
331000 00-1	3.1	Luminex 100/200 performance	Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter)	Luminex 100/200 Calibration Kit Code LX200-CAL-K25	USA	Luminex Corporation	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Nr. AMDM: DM000738718

331000 00-1	3.2	Luminex 100/200 performance	Luminex 100/200 performance verification kit (Classification,reporter si fluid)	Luminex 100/200 Performance Verification Kit Code LX200- CON-K25	USA	Luminex Corporation	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Nr. AMDM: DM000738719
331000 00-1	3.3	Luminex 100/200 performance	Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex	Luminex Sheath Fluid Plus, Code LX-40- 50035	USA	Luminex Corporation	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Nr. AMDM: DM000738728
331000 00-1	5	Control pozitiv	Control pozitiv	LIFECODES PC-AHG Code 405467	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Test limfocitotoxic Anti-limfocite IgG	Test limfocitotoxic Anti-limfocite IgG	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	7	Complement de iepure	Complement de iepure	ABC Bulk Rabbit Complement Code 405464	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Pentru test limfocitotoxic	Pentru test limfocitotoxic	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM

Semnat : _____ Numele, Prenumele: **Andrei Talpis** in calitate de **Administrator**

Ofertantul: **S.C. "ZETICON" S.R.L.** - Adresa: **Bulevardul Moscova 9/5, of. 49, Chisinau, Rep. Moldova**

