

			Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul licitației:			LP nr. 21038614/ocds-b3wdp1-MD-1618570422414						Data: „28” mai 2021
Denumirea licitației:			dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 3)						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 00-1+A7: A19	2	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții)	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții)		Turcia	TEKBAŞ METAL	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametru Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Extensia lungimii patului opțională Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit + accesorii inclusă Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul produselor medicale și documente tehnice ce sunt bătute cu în fașet electronic cu	Pat pentru diagnostic, observare, tratament și reabilitare conceput pentru pacienții . Motoarele utilizate în pat sunt alimentate cu baterii de 9 volți. Alimentare 230 V-50 Hz, 80 W. Motoarele și mecanismele utilizate în pat funcționează silențios și lin. Poziționare Trendelenburg,poziționare anti-Trendelenburg Telecomanda ce controlează motoarele și pozițiile utilizate în pat, butoanele sunt însoțite de simboluri grafice. Masa de pat este divizată în patru părți. Saltea ortopedică, din 4 părți separate, ușor de curățat, cu material de foi de 1 mm grosime, în culoarea potrivită pentru rama patului. Tabelele pot fi ușor demontate și instalate și sunt ușor de curățat. Realizat din material plastic ABS în culoarea potrivită pentru șasiu. Balustradele laterale sunt realizate dintr-o singură bucată, 2 bucăți în dreapta și în stânga patului. Mișcare independentă cu deschidere și închidere ușoară prin simpla apăsare a unui buton. Grosimea profilelor cutiei utilizate în construcția cadrului patului este mai mică de 1,20 mm. Are capacitatea de a face mișcări ale genunchiului cu ajutorul unui motor. 4 roți din plastic cu 2 frâne, care pot fi blocate transversal pe pat, se pot roti 360 de grade. La construcția patului este utilizat material din oțel vopsit cu pulbere electrostatică. Patul are garanție timp de 2 ani, iar piesele de schimb sunt livrate timp de 10 ani. Dimensiuni pat: (WxLxH) 100 x 200 x 45 cm + - 5 cm Rama de transport a patului realizată din profil de cutie de 50x30x1,20 grosime Dimensiunile paturilor sunt de 90x190x10 cm.	CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Pogorevici Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "Medclinic International " Adresa:Chisinau, str. S. Lazo 7