

LOT Nr. 1: Brancarda sanitara de urgență (caracteristici avansate) [Cantitatea - 25 buc.]

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 17 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 17 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 20 cm "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" da "Posibilitatea de blocare a direcției roților" da Roata nr.5 de mijloc da Material "oțel inox vopsit electrostatic" Sarcina maximă ≥ 250 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete"	PRODUCATOR: OPTIUM MEDIKAL LTD. STI, Turcia MODEL: EMERGEUM Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic – DA, Corespunde Secțiuni ≥ 3 – DA, Corespunde Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 17 grade – DA, Corespunde "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 17 grade – DA, Corespunde Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 grade – DA, Corespunde Control manual – DA, Corespunde, din ambele părți – DA, Corespunde Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) – DA, Corespunde Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. – DA, Conform cerintelor Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm – DA, Corespunde Bare laterale, pliabile – DA, Corespunde Roți Diametru ≥ 20 cm – DA, Corespunde "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" – DA, Corespunde "Posibilitatea de blocare a direcției roților" – DA, Corespunde Roata nr.5 de mijloc – DA, Corespunde Material "oțel inox vopsit electrostatic" – DA, Corespunde Sarcina maximă ≥ 300 kg – DA, Corespunde Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm – DA, Corespunde Mînere pentru transportarea brancardei – DA, Corespunde Saltea, rezistentă la prelucrare și apă – DA, Corespunde, detașabilă – DA, Corespunde Suport pentru balon de oxigen – DA, Corespunde "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" – DA, Corespunde

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova