

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1756470571619 din 2 sept 2025, 10:00 – 5 sept 2025, 11:00

Obiectul achiziției: Servicii de testare a instalațiilor radiologice

Co d CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/se rviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00 -1	1	Lot 1. Controlul calității instalațiilor radiologice	-	-	-	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „ITALRAY – XFM”. 1.Acuratetea reproducerei kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/ma si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura –(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „ITALRAY – XFM”. 1.Acuratetea reproducerei kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/ma si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura –(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Autorizație radiologică
33 10 00 00 -1	2	Lot 2. Controlul calității instalațiilor radiologice	-	-	-	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „ITALRAY – XFM”. 1.Acuratetea reproducerei kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/ma si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura –(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „ITALRAY – XFM”. 1.Acuratetea reproducerei kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/ma si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura –(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Autorizație radiologică

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC “DataControl” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**