

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocids-b3wdp1-MD-1649249272077 / 21054607 din: 06.04.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale de laborator necesare IMSP Institutul Oncologic

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Cântar de laborator 0 -1000g	ZJ-10002	China	ZenithLab	Descriere Cântarul de laborator destinat pentru determinarea greutății cu o precizie foarte înaltă Parametru Specificația Domeniu de măsură 0-1000g; Precizie ≤0.01 g; Cantitatea minima cântărită ≤0,5 g; Setare zero automat da; Verificare metrologică da; Afișare: Ecran LCD sau LED da;	Descriere Cântarul de laborator destinat pentru determinarea greutății cu o precizie foarte înaltă Parametru Specificația Domeniu de măsură 0-1000g; Precizie ≤0.01 g; Cantitatea minima cântărită ≤0,5 g; Setare zero automat da; Verificare metrologică da; Afișare: Ecran LCD sau LED da;	CE, ISO
2	Cântar de laborator 0-200g	JA-2003N	China	ZenithLab	Descriere Cântarul de laborator destinat pentru determinarea greutății cu o precizie foarte înaltă Parametru Specificația Domeniu de măsură: 0-200g; Precizie: ≤0.001 g; Cantitatea minima cântărită: ≤0,02 g; Setare zero automat: da; Verificare metrologica: da; Afișare: Ecran LCD sau LED: da;	Descriere Cântarul de laborator destinat pentru determinarea greutății cu o precizie foarte înaltă Parametru Specificația Domeniu de măsură: 0-200g; Precizie: ≤0.001 g; Cantitatea minima cântărită: ≤0,02 g; Setare zero automat: da; Verificare metrologica: da; Afișare: Ecran LCD sau LED: da;	CE, ISO

4	Centrifugă de laborator	TDL-6A	China	ZenithLab	Descriere Procesarea leucocitelor pentru identificarea SD-urilor prin metoda imunofluorescentă indirectă Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm: 0-1000; Maximală, rpm: ≥ 6000; Setări: setarea vitezei; Capacitatea: Tip rotor: Rotor cu cupe oscilante (Swinging Bucket Rotor) și cupe; Diametrul cupei: 50 mm, 4 cupe cu câte 4 godeuri; Timer: Gama de timp: 0 - ≥ 60 min; Incrementarea: ≤ 1 min; Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului: da; Display: Digital: da; Alimentarea: Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da; Nivelul de zgomot: ≤ 65 dB da.	Descriere Procesarea leucocitelor pentru identificarea SD-urilor prin metoda imunofluorescentă indirectă Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm: 0-1000; Maximală, rpm: ≥ 6000; Setări: setarea vitezei; Capacitatea: Tip rotor: Rotor cu cupe oscilante (Swinging Bucket Rotor) și cupe; Diametrul cupei: 50 mm, 4 cupe cu câte 4 godeuri; Timer: Gama de timp: 0 - ≥ 60 min; Incrementarea: ≤ 1 min; Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului: da; Display: Digital: da; Alimentarea: Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da; Nivelul de zgomot: ≤ 65 dB da.	CE, ISO
---	-------------------------	--------	-------	-----------	---	---	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51