

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770148556440 din 13 febr 2026, 13:00 - 26 febr 2026, 13:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Electrocardiograf cu 3 canale) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000 0-1	1	Electrocardiograf cu 3 canale	H3	China	Shenzen Comen Medical Instrument Co., LTD	Descriere: Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile: Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență: De diagnostic 0.05-150 Hz Filtre musculare obligatoriu Filtre frecvență joasă obligatoriu Filtre frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 24 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă: Termică încorporată Mărimea hârtiei ≥ 80 mm Viteza de înscriere 5, (10 / 12.5), 25, 50 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hârtia termică să fie compatibilă și de la alți	Model: H3, Shenzhen Comen Medical Instrument Co., LTD, China Descriere: Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile: Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență: De diagnostic 0.05-150 Hz Filtre musculare obligatoriu Filtre frecvență joasă obligatoriu Filtre frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 24 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă: Termică încorporată Mărimea hârtiei ≥ 80 mm Viteza de înscriere 6, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s	DM000755619

					producători de hârtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display: Grafic, LCD/LED color - Obligatoriu Funcție Touchscreen - Obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Mărime ecran ≥ 5 inch Numărul de derivații afișate simultan ≥ 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG: Card SD minim 5 GB Modul Wi-Fi Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vârsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Ritmului cardiac: Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM sau $\pm 1\%$ Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reincărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 4 ore Protecție defibrilator tip CF Accesorii (Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.) Cablu ECG original (de la producătorul ECG-ului) - 2 set. Electrod pectoral tip pară (set 6 buc.) - 2 set. Electrod pectoral tip pară (set 6 buc.) - 2 set. Geantă de transportare configurată pentru a transporta dispozitivul în siguranță - 1 buc. Hârtie termică pentru ECG tip rulou- 10 buc. bucată	Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hârtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hârtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display: Grafic, LCD/LED color - Obligatoriu Funcție Touchscreen - Obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Mărime ecran ≥ 6.2 inch Numărul de derivații afișate simultan ≥ 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG: Card SD - 8 GB (40000 trasee ECG) Modul Wi-Fi – Obțional Incluz Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vârsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Ritmului cardiac: Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM sau $\pm 1\%$ Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reincărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 7 ore monitoring în continuu Protecție defibrilator tip CF Accesorii (Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.) Cablu ECG original (de la producătorul ECG-ului) - 2 set. (040-000151-00 : 12-lead ECG Cable) Electrod pectoral tip pară (set 6 buc.) - 2 set. (040-000466-00 : Adult Precordial Suction Electrodes) Electrod tip cleste (set 4 buc.) - 2 set. (040-	
--	--	--	--	--	---	--	--

							000143-00 : Adult Limb Clamp Electrodes) Geantă de transportare configurată pentru a transporta dispozitivul in siguranță - 1 buc. (27139, Gima, Italia) Hârtie termică pentru ECG tip rulou- 10 buc. bucată (040-000113-00 : Recording Paper (Roll , 80mm*20m))	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Mihai Volcovschi În calitate de: administrator

Ofertantul: ALMICOM-TECH SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2