

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1737380285695

Obiectul achiziției: **“Achiziționarea serviciilor de deservire (mentenanță corectivă) a dispozitivelor medicale radiologice, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, anul 2025”**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Instalație radiologică PRS-500B (Protec, Germania) LOT 1	PRS 500B	Germania	PROTEC	<ol style="list-style-type: none"> Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definatorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare; Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă. Intervenția se face, doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii; Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării; La 	<ol style="list-style-type: none"> Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definatorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare; Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă. Intervenția se face, doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii; Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării; La finalul lucrărilor prestatorul de 	CE, ISO

				<p>finalul lucrărilor prestatorul de servicii mentenanță, va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p> <p>6. Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la sollicitarea autorității contractante;</p> <p>7. Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de câte ori, primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.</p> <p>8. Garantia lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție.</p> <p>9. In caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.</p> <p>10. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p> <p>11. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor nu va depăși max. 5 zile lucrătoare.</p>	<p>servicii mentenanță, va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p> <p>6. Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la sollicitarea autorității contractante;</p> <p>7. Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de câte ori, primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.</p> <p>8. Garantia lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție.</p> <p>9. In caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.</p> <p>10. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p> <p>11. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor nu va depăși max. 5 zile lucrătoare.</p> <p>12. Toate comunicările între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitării fiind obligatorie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				12. Toate comunicările între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitării fiind obligatorie.		
<p>Ultrasonograf general MSK Xario 100G (Canon, Japonia)</p> <p>LOT 4</p>	Xario 100G	Japonia	CANON MEDICAL SYSTEMS	<p>1. Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.</p> <p>2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definatorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare;</p> <p>3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.</p> <p>4. Intervenția se face, doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;</p> <p>5. Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării; La finalul lucrărilor prestatorul de servicii mentenanță, va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p> <p>6. Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la</p>	<p>1. Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.</p> <p>2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definatorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare;</p> <p>3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.</p> <p>4. Intervenția se face, doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;</p> <p>5. Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării; La finalul lucrărilor prestatorul de servicii mentenanță, va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p> <p>6. Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la sollicitarea autorității contractante;</p>	CE, ISO

				<p>solicitarea autorității contractante;</p> <p>7. Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de câte ori, primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.</p> <p>8. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție.</p> <p>9. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.</p> <p>10. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p> <p>11. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contraactuale. Durata stațiunilor nu va depăși max. 5 zile lucrătoare.</p> <p>12. Toate comunicările între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitării fiind obligatorie.</p>	<p>7. Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de câte ori, primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.</p> <p>8. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție.</p> <p>9. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.</p> <p>10. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p> <p>11. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contraactuale. Durata stațiunilor nu va depăși max. 5 zile lucrătoare.</p> <p>12. Toate comunicările între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitării fiind obligatorie.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)