

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21033851							din 23.01.2021	
Denumirea licitației: Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2021 (repetat)							Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr.
Conform necesităților CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplină solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 15						
33000000-0		Ace getabile pentru seringi	CH21112	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Conform Specificarea tehnicii deplină solicitată, standarde de referință - LP 20/00270	Conform EN, standardelor ISO Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 Marcaj CE măcinarea cu precizie a punctului de lancetă, tratată cu silicon pentru o penetrare netedă butuc transparent codificat colorat pentru control vizual al fluxului a inclus toate măsurătorile metrice și ecartament pe toate pachetele în principal material de perete subțire fabricat din butuc din polipropilenă și tub din oțel inoxidabil fără pirogeni, fără latex, fără DEHP, fără PVC, netoxic steril, ambalat individual în blistere Dimensiune metrică 0,80 x 40mm Dimensiune G / "21 G x 1 1/2" Cod de culoare verde	CE
		Total lot 15						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23