

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1768569802843 din 26.01.2026
Obiectul achiziției: Echipament și utilaj de laborator

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
5	Baie de nisip	SAND BATH - SB400 E	Spania	Ovan	Conform caietului de sarcini	• Sonda temperatura PT100 integrata in aparatul • Algoritm logic fuzzy pentru precizie mare de temperatura cu sonda externa • Display LCD: afișaj temperatura si timp cu alarma sonora • Panou control tactil " soft touch" • Izolația: fibra ceramica de 40mm grosime • Timer: 0 .. 120 minute • Control electronic al temperaturii • Regulator digital de temperatura • Capacitate rezervorului: aprox. 10 lit. • Domeniu de temp.5°C..+400°C • Precizie: ±1°C • Rezoluție: 0.5 °C • Putere electrica de încălzire: 1500W • Alimentare: 230/50-60 • Clasa de protecție: IP 52	

						Materialul de construcție interior si exterior: oțel inox AISI 304 Configurartia ofertata: 1x SAND BATH - SB400 E 10000-01119 1xexternal PT100 20000-00034 1x plate stand and rod 20000-00072 1x fastening clamp 20000-00073	
6	Balanță analitică de laborator	HPB-22105Di	Italia	Belengineering		• cu 4 zecimale; • capacitate maximă de cântărire 220 g.; Nota: Balanta cu doua capacitati de cantarire: 102 g si 202g • precizie (rezolutie) la cântărire 0,01 mg la capacitatea de cantarire de 102 g, 0,01 mg la capacitatea de cantarire de 220 g; • carcasa compacta cu 3 uși glisante; • afișaj LCD; • schimbarea unităților de măsură; • posibilitatea de cântărire netto-total; • calibrare internă automată	
8	Balanță tehnică de laborator	M1203i	Italia	Belengineering		• cu 3 zecimale, • capacitate maximă de cântărire 1200 g.; • precizie la cântărire 0,001 g; • afișaj LCD; • calibrare internă; • schimbarea unităților de măsură; • posibilitatea de deducere a tarei.	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau