

Specificații tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:			LP nr. 21477272 / ocds-b3wdp1-MD-1758113719137					Data: „31” Oct. 2025	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (parteaII)					Lot: 192	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33100000-1	192	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)	Amplazter PDA (ADO II), 9-PDA2-03-04; 9-PDA2-03-06; 9-PDA2-04-04; 9-PDA2-04-06; 9-PDA2-05-04; 9-PDA2-05-06; 9-PDA2-06-04; 9-PDA2-06-06	Belgium/USA	ABBOTT Med.	Ocluder format din doua discuri simetrice articulate intre ele, dintr-o plasa multistratificata. Design simetric permitind abord din partea aortala sau pulmonara; Permite livrarea prin teci cu profil redus. Diametre ductale 2,5-5,5mm; Lungime duct- 5 - 12mm;	Ocluder format din doua discuri simetrice articulate intre ele, dintr-o plasa multistratificata. Design simetric permitind abord din partea aortala sau pulmonara; Permite livrarea prin teci cu profil redus. Diametre ductale 2,5-5,5mm; Lungime duct- 5 - 12mm;	DM000304972; DM000304976; DM000304973; DM000304977; DM000304974; DM000304978; DM000304975; DM000304979
33100000-1	192	Sistem de livrare p/u ocluder CAP	Sistem de livrare p/u ocluder CAP	Amplazter TorqVue, 9-ITV07F45/80, 9-ITV08F45/80, 9-ITV09F45/80, 9-ITV10F45/80, 9-ITV12F45/80, 9-ITV13F45/80a, 9-ITV06F180/80, 9-ITVP07F180/80, 9-ITVP08F180/80, 9-ITVP09F180/80	Belgium/USA	ABBOTT Med.	Sistemul de livrare obligator sa contină 1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să contină un strat de spirală metalică pentru rezistență, și radioopacitate, conector proximal “feminin” pentru conectarea cu dilatatorul sau cu încărcătorul. Lungimi obligatorii- 80, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14 F, Unghiuri de 45 și 180 grade; 2. Dilatator, confecționat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035’’; 3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemostatică.	Sistemul de livrare obligator sa contină 1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să contină un strat de spirală metalică pentru rezistență, și radioopacitate, conector proximal “feminin” pentru conectarea cu dilatatorul sau cu încărcătorul. Lungimi obligatorii- 80, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14 F, Unghiuri de 45 și 180 grade; 2. Dilatator, confecționat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035’’; 3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemostatică.	DM000513028, DM000513037, DM000513030, DM000513038, DM000513031, DM000513032, DM000513033, DM000513034
33100000-1	192	Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP	Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP	Ghid Super Stiff, 9-GW-001	Belgium/USA	ABBOTT Med.	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	DM000569651

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: Director general;

Ofertantul: SRL"GBG-MLD"; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara, 64/2;