

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1592821494784 din «06» iulie 2020

Denumirea licitației: achiziționarea serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale

Cod CPV	Nr. lot / Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
50421000-2	2. Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server)	1. Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare și vizualizare a volumelor obținute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; 3. Lucrări de instalare a sistemului de răcire a tubului;	1. Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare și vizualizare a volumelor obținute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; 3. Lucrări de instalare a sistemului de răcire a tubului; 4. Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua deservirea pentru modelul de dispozitiv solicitat – atașat; 5. Certificat de instruire de la producător pentru inginerului angajat pe modelul solicitat (2.1.Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC), care atestă că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparare a dispozitivului – atașat; 6. Autorizație radiologică de la ANRANR , pentru echipamentele de imagistică în dependență de oferta depusă (Tomografie computerizată) – atașat.	ISO/CE

Semnat: Numele, Prenumele: Vasile MATEI În calitate de: Director.

Ofertantul: SRL «MEDEXCOM-TEH» Adresa: MD-2060, mun.Chișinău, str. Cuza-Vodă nr 44, of. 111.