

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1673610957270 din: 23 ian 2023, 11:30 - 14 febr 2023, 11:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
Lot 5: Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată								
5	33100000-1	Tija FEMUR	SpectruM Retrograde Femur Nail, diam 10, 280mm-380mm, 395210280 395210300 395210320 395210340 395210360 395210380 + Set de instrumente 255820000 Filled up tray SpectruM Retrograde Femur	Ungaria	Sanatmetal	Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 3800,0mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorire de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a bulonelor); - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, și 2 gauri pentru zăvorire în plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cit și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire cu reglaj fin afit pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea proximală să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
5	33100000-1	Surub 6,0- 6,5 mm zăvorire distala titan	Locking bone screw - SRF, diam 6.5mm, 60 - 75mm, 364065060 364065065	Ungaria	Sanatmetal	L 60,0-75,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cit și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) -	Conform broșurii anexate	CE/ISO

			364065070 364065075			la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.		
5	331000 00-1	Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan	Locking bone screw, diam 4,8mm, 40- 50mm, 364048040 364048042 364048044 364048045 364048046 364048048 364048050	Ungaria	Sanatmetal	L 40,0-50,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cit și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
Lot 8: Tijă Centramedulară de Tibie Zăvortă Canulată de Reconstrucție								
8	331000 00-1	Tija TIBIA	Tibia nail - TWX, diam 9 - 10mm, 270 - 390mm, 297209270 297209285 297209300 297209315 297209330 297209345 297209360 297209375 297209390 297209405 297209420 297210255 297210270 297210285 297210300 297210315 297210330 297210345 297210360 297210375 297210390 + Set de instrumente Filled up tray (TWX) 25780005	Ungaria	Sanatmetal	Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvortare în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 45 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte șurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală afit în extremitatea proximală cit și în cea distală a tije pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorti în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 45, perpendiculare.) ; - Zăvortarea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Tije vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tije să fie de același producător ; - Instrumentariul, tije, șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
8	331000 00-1	Surub 4,5-5,0 mm, zavorire titan	Titanium locking screw, diam 4,8, 30 - 50mm, 922148030	Ungaria	Sanatmetal	marimea 30- 50 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Tije vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă ; - Instrumentarul și tije să fie de același producător ; - Instrumentariul, tije, șuruburile să aibă marcajul producătorului;	Conform broșurii anexate	CE/ISO

			922148032 922148034 922148035 922148036 922148038 922148040 922148042 922148044 922148045 922148046 922148048 922148050			- Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă – cadru; - Șuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**