

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21020278/ ocds-b3wdp1-MD-1582538808461					Data: 27.02.2020			Alternativa nr.N/A
Denumirea licitației: Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide					<u>Lot/poz: 1.</u>			Pagina _1_din _2_
Nr	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri						ISO/CE
1	33600000-6	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide:	SP-01006-01	Turcia	BAY DIS TICARET A.Ş	Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2	Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS;	

						• Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc • Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2	• Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:

Numele, prenumele: **Boris Granaci**

În calitate de: Director General

Ofertantul: **„MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: Str.Miron Costin 17/2, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com