

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.

Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1752663582787 din 18.08.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 15.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1752663582787 din 18.08.2025

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 25.01.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 15.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1752663582787 din 18.08.2025			
Obiectul achiziției:					Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Frigider medical combinat cu congelator	Frigider medical combinat cu congelator	EKT-D 425 Two Sections Combined: Pharmacy+Freezer	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELE RI SANAYI VE TICARET A.S.	Frigider medical combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei frigiderului: 200 litri +/-10L; Capacitatea internă a camerei congelatorului: 100 litri +/-10L. Temperatura minimă setabilă(frigider) ≤+2°C Temperatura maximă setabilă(frigider) ≥+8°C Temperatura minimă setabilă(congelator) ≤ -20°C Temperatura maximă setabilă(congelator) ≥ -10°C Polițe incluse (frigider): ≥ 4 Polițe incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: inox sau material non coroziv; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, ≥5 inch Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu DataLogger Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0 Dezghețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H ≤1970 mm, A și L <750 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul	"EMSAS 2025 EKT-D Combined Refrigerator and Freezer Brochure.pdf": Frigider medical combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei frigiderului: 200 litri +/-10L; Capacitatea internă a camerei congelatorului: 100 litri +/-10L. Temperatura minimă setabilă(frigider) ≤+2°C Temperatura maximă setabilă(frigider) ≥+8°C Temperatura minimă setabilă(congelator) ≤ -20°C Temperatura maximă setabilă(congelator) ≥ -10°C Polițe incluse (frigider): ≥ 4 Polițe incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: inox sau material non coroziv; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, ≥5 inch Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu DataLogger Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0 Dezghețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H ≤1970 mm, A și L <750 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000578891
33	Congelator de laborator 350-400L	Congelator de laborator 350-400L	EE 300 Deep Freezer	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELE RI SANAYI VE TICARET A.S.	Congelator de laborator 350-450L Configurație Vertical Capacitatea internă a camerei ≥ 350 și 400 litri ≤ Număr de sertare, tip box ≥ 4 buc. Ușă externă ≥ 1 Răcire Ventilată sau Statică Roți obligatoriu Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme, acustice, vizuale, ușa deschisă Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor Refrigerent fără CFC / HCFC Diapazon de temperatură -15°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	"EMSAS 2025 EE -30 Deep Freezer Brochure.pdf": Congelator de laborator 350-450L Configurație Vertical Capacitatea internă a camerei ≥ 350 și 400 litri ≤ Număr de sertare, tip box ≥ 4 buc. Ușă externă ≥ 1 Răcire Ventilată sau Statică Roți obligatoriu Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme, acustice, vizuale, ușa deschisă Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor Refrigerent fără CFC / HCFC Diapazon de temperatură -15°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000578877
34	Congelator de laborator 70-120L	Congelator de laborator 70-120L	EE 100 Deep Freezer	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELE RI SANAYI VE TICARET A.S.	Congelator de laborator 70-120L Configurație Vertical Capacitatea internă a camerei ≥ 70 și 120 litri ≤ Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Ușă externă ≥ 1 Răcire ventilată Roți obligatoriu Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme, acustice, vizuale, ușa deschisă Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor Refrigerent fără CFC / HCFC Diapazon de temperatură -15°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	"EMSAS 2025 EE -30 Deep Freezer Brochure.pdf": Congelator de laborator 70-120L Configurație Vertical Capacitatea internă a camerei ≥ 70 și 120 litri ≤ Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Ușă externă ≥ 1 Răcire ventilată Roți obligatoriu Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme, acustice, vizuale, ușa deschisă Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor Refrigerent fără CFC / HCFC Diapazon de temperatură -15°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000578875

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Semnăt: _____ **Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1752663582787 din 18.08.2025							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
16	Frigider medical combinat cu congelator	Frigider medical combinat cu congelator	bucată	1	108 371.25	130 045.50	108 371.25	130 045.50	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
33	Congelator de laborator 350-400L	Congelator de laborator 350-400L	bucată	1	90 649.00	108 778.80	90 649.00	108 778.80		33100000-1	-	-
34	Congelator de laborator 70-120L	Congelator de laborator 70-120L	bucată	1	64 689.30	77 627.16	64 689.30	77 627.16		33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	263 709.55	316 451.46				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1752663582787 din 18.08.2025
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului
- Termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024
- Va organiza pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Este înregistrat în Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) cu numărul MD2024-10-EEE-049
- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Componentele sistemului vor fi noi (nefolosite).

Data completării: 15.08.2025

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator

SRL Biosistem mld _____
(semnătura)