

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980

Data: 13 07 2026 Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 26)								Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2			3	4	5	6	7	8	9
33100 000-1	9	Lotul-9-Autoclav cu încărcare orizontală	Lotul-9-Autoclav cu încărcare orizontală	Bucată	2	387,000.00	464,400.00	774,000.00	928,800.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
							Total	774,000.00	928,800.00	

Semnăt: 13 07 2026 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director _____
 Ofertantul: Ericon SRL Adresa: 6, Vasile Lupu, Durlști, Republica Moldova _____

Specificații tehnice										
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980					Data: 13 07 2026	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 26)							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință	
33100 000-1	9	Lotul-9-Autoclav cu încărcare orizontală	Lotul-9-Autoclav cu încărcare orizontală	XG1.UCD-100S (M1)	China	Shinva Medical Instrument co., LTD	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încălzitură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea și scoaterea cassetelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a cassetelor nesterile și zona sterilă 2 uși Posibilitatea de blocarea a unei uși în caz de necesitate Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire obligatoriu Alarmer acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la scăderea sfârșitului procesului de sterilizare obligatoriu Suprafața exterioară să nu se încălzească Împresantă termică obligatoriu Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: diapazon minim 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare obligatoriu Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor obligatoriu "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit" să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni înregistrator date obligatoriu Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiuneAlimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	Conform anexei Nr.1 la specificația tehnică	ISO, CE, DoC, Numar de inregistrare RSDM: DM000819146	

Semnat: 13 07 2026 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director _____
Ofertantul:Ericon SRL Adresa: 6, Vasile Lupu, Durlesti, Republica Moldova _____