

la Contractul nr. _____
din „ _____ ” 20__

SPECIFICAȚIE Nr.2
(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii:						
		Lotul 1						
		Lampă cu fantă 170100	Lampă cu fantă SL 3A	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.		Lampă cu fantă SL 3A. Parametrul Specificația Lățimea fantei, mm 0-14 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 1-14 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-180 Filtre : albastru, roșu liber (verde), gri, absorbție de căldură Tipul Binocular Mărire totală 12.5x Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 Deplasare laterală, mm 100 Deplasare în adâncime, mm 105	

						Deplasare în înălțime, mm 30 Reglare fină de la joystick, mm 15 Reglarea înălțimii bărbiei, mm 80 Ținta de fixare - Led Roșu Alimentarea, 220 V, 50 Hz Setul standard	
	Lotul 2						
	Autorefractometru	Autorefractometru ARK 7000	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.		Autorefractometru ARK 7000 Parametri Specificație Distanța vertex, mm 0.0, 12.0, 13.5/13.75, 15.0 Putere sferică (SPH) -30 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindric (CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 1-180° (pasul 1°) Distanța pupilară, mm 10 – 86 (pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2,0 Display LCD Printer da Alimentare 220 V, 50 Hz	
	TOTAL						

Vânzătorul:

Beneficiarul:

Centrul:

L.Ș.

L.Ș.

