

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1660127637096](#) din 05.09.2022

Obiectul achiziției: Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale (suplimentar), anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 65. Sondă endocavitară pentru USG Samsung	EVN4-9	Coreea de Sud	SAMSUNG MEDISON CO., LTD.	Sondă endocavitară EVN 4-9 sau analogic compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	Transductor endocavitar multifrecvență destinat următoarelor tipuri de aplicații: abdomen, obstetrică, ginecologie, compatibilă cu Samsung HS30 - DataSheet_HS30_Sonde, pag.16 și pag.17 - gama de frecvență: 4-9 MHz - DataSheet pag.16 - numărul de cristale active: 128 elemente - DataSheet pag.17 - unghi de scanare: 145° - DataSheet pag.17 - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie - DataSheet pag.17	DOC, CE, ISO
LOT 66. Sondă convexă pentru USG Samsung	C2-8	Coreea de Sud	SAMSUNG MEDISON CO., LTD.	Sondă convexă C2-8 sau analogic compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	Transductor convex multifrecvență destinat următoarelor tipuri de aplicații: abdomen, obstetrică, ginecologie, compatibilă cu Samsung HS30 - DataSheet_HS30_Sonde, pag.16 - gama de frecvență 2-8 MHz – DataSheet pag.16 - numărul de cristale active cristale active: 128 elemente – DataSheet pag.16 - unghi de scanare: 68°– DataSheet pag.16 - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie - DataSheet pag.16	DOC, CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști 4, MD-2071