

**Specificații tehnice**Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1649240047419**

Denumirea procedurii de achiziție: articole parafarmaceutice si consumabile medicale pentru anul 2022

Autoritatea contractanta : **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
	6	Lotul 6.Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm	10*10	China	Changzhou Major Medical	1.Adeziv 2.Material neșesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm.	1.Adeziv 2.Material neșesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm.	<b>CE,ISO, Declarati e de conformi tate</b>
	22	Lotul 22 Termometru de corp	fara mercur	China	Hangzhou Long Can	Sa nu contina mercur, Certificat CE (coborârea lină a coloanei indicatorului fără ajutorul unui suport/accesorii adăugătoare. Prezentarea confirmării ce atestă înregistrarea produsului la AMDM.	Sa nu contina mercur, Certificat CE (coborârea lină a coloanei indicatorului fără ajutorul unui suport/accesorii adăugătoare. Prezentarea confirmării ce atestă înregistrarea produsului la AMDM.	
	39	Lotul 39. Hirtie pentru printer video USG 110S	USG110 0S	Korea	Durico	Hirtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); demensiunile 110 mm x 20 m	Hirtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); demensiunile 110 mm x 20 m	

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova