

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707895856231 din 14 februarie 2024						
Obiectul achiziției: Stație de pompare a Oxigenului medical în butelii						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Stație de pompare a oxigenului medical în butelii	Stație de pompare a oxigenului medical în butelii CFS 20	Turcia	Amec Industries	Sistemă pentru pomparea Oxigenului medical în butelii formată din: 1) Compresor pentru pomparea oxigenului medical în recipiente la presiunea de min. 150 Bar; 2) Principiul de funcționare - Oil Free; 3) Capacitatea de pompare - min. 20 m ³ /h; 4) Compresorul de O2 prezentat să fie total compatibil cu stația de producere a Oxigenului <i>IDEAL MAKINA IM-GO 300 OXYGEN GENERATOR</i> (capacitate de producere a oxigenului este de 24 m ³ /h și un rezervor de 1000 litri); 5) Conectat la o rampă cu 10 butelii a câte 40 litri (rezervor) și 5 porturi libere pentru conectarea buteliilor alimentate (rampa și 10 butelii a câte 40 litri vor fi incluse în acest sistem); 6) Tot acest sistem trebuie să fie instalat de către producător într-un container de tip ISO, maritim de 20 7) Containerul trebuie să fie transportabil la necesitate; 8) Containerul trebuie să corespundă standartelor europene de zgomot; 9) Containerul trebuie să dețină o izolare termică și un sistem de climatizare care ar permite operatorului să își desfășoare activitatea în orice condiții meteorologice; 10) Să dețină o ușă laterală pentru un acces comod a operatorului;	Sistemă pentru pomparea Oxigenului medical în butelii formată din: 1) Compresor pentru pomparea oxigenului medical în recipiente la presiunea de - min 150 Bar; 2) Principiul de funcționare - Oil Free; 3) Capacitatea de pompare. 20 m ³ /h; 4) Compresorul de O2 prezentat va fi total compatibil cu stația de producere a Oxigenului <i>IDEAL MAKINA IM-GO 300 OXYGEN GENERATOR</i> (capacitate de producere a oxigenului este de 24 m ³ /h și un rezervor de 1000 litri); 5) Conectat la o rampă cu 10 butelii a câte 40 litri (rezervor) și 5 porturi libere pentru conectarea buteliilor alimentate (rampa și 10 butelii a câte 40 litri vor fi incluse în acest sistem); 6) Tot sistemul va fi instalat de către producător într-un container de tip ISO, maritim de 20 "; 7) Containerul va fi transportabil la necesitate; 8) Containerul corespunde standartelor europene de zgomot; 9) Containerul deține o izolare termică și un sistem de climatizare care permite operatorului să-și desfășoare activitatea în orice condiții meteorologice; 10) deține o ușă laterală pentru un acces comod a operatorului;	CE Dec of conform.

				11) Să dețină sistemă de detectare a incendiului și deconectare de urgență a rețelei electrice; 12) Să dețină un sistem de ventilare care nu ar permite acumularea oxigenului în partea de jos a spațiului dat; 13) Sistemul se prezintă ca soluție la cheie – Plug&Play; 14) Garanție și perioada de mentenanță – min. 12 luni, iar cheltuielile pentru consumabile și lucrările efectuate vor fi incluse în preț. Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare; 15) Service post-garanție asigurat contra-cost. Timp de răspuns la solicitare perioada de post-garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare; 16) Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se realizează cu personal specializat autorizat și instruit de producător și cad în sarcina furnizorului fiind incluse în oferta financiară, neimplicând careva costuri suplimentare pentru beneficiar. Operatorul economic va oferi un curs de instruire pentru operatorii tehnici din cadrul IMSP CNAMUP la sediul beneficiarului la locația de instalare; 17) Certificat de Conformitate CE; Manualele de operare și manualul de service în limba română și engleză.	11) Deține sistemă de detectare a incendiului și deconectare de urgență a rețelei electrice; 12) Deține un sistem de ventilare care nu permite acumularea oxigenului în partea de jos a spațiului dat; 13) Sistemul prezintă o soluție la cheie – Plug&Play; 14) Garanție și perioada de mentenanță – 12 luni, consumabile și lucrările sunt incluse în preț. Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare; 15) Service post-garanție asigurat contra-cost. Timp de răspuns la solicitare perioada de post-garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare; 16) Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se realizează cu personal specializat autorizat și instruit de producător va fi asigurat pretul este inclus în oferta financiară, neimplicând careva costuri suplimentare pentru beneficiar. Operatorul economic va oferi un curs de instruire pentru operatorii tehnici din cadrul IMSP CNAMUP la sediul beneficiarului la locația de instalare; 17) Certificat de Conformitate CE; Manualele de operare și manualul de service în limba română și engleză.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101