

S.R.L.”AZICA-GRUP”

mun. Chişinău, str. Independenţei 10/4,ap 97 telmobil+373/69215630,email:dorinbreahna@gmail.com

n/o	SPECIFICATII TEHNICE						
	Numărul licitaţiei: LP nr. <i>publică</i> - ocds-b3wdp1-MD-1754562213982 din 07.08.2025 Achiziţionarea dispozitivelor medicale conform necesităţilor IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească (repetat)						
Cod CPV	Denumirea poziţiei	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificaţia tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referinţe
3310 0000 -1	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI).	VivaDiag POCT Multifunction Meter VIM220 H	China	VivaChek	Principiul de funcţionare - Testare point-of-care (POCT). Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 15 Ng/L. Se admite heparinizarea probei de sânge doar prin mixarea manuală cu reagent în eprubeta/vas inclus în test cu tot setul de reagenţi necesari. Nu se acceptă dispozitivele care necesită centrifugare. Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. Capacitate de testare: test cu test. Memorie de stocare de cel puţin 1000 investigaţii. Să includă în set printer termic pentru înregistrarea rezultatelor, dotat cu 5 rulouri de hârtie compatibilă pentru fiecare set. Greutatea de până la 2kg. Portabil, să funcţioneze după principiul (POCT), compatibil cu utilizarea în autoambulanţă la etapa de pre spital. Alimentare acumulatorului încorporat de la reţeaua de 12 V CC sau 220 V CA cu accesorii incluse.	Principiul de funcţionare - Testare point-of-care (POCT). Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 15 Ng/L. Se admite heparinizarea probei de sânge doar prin mixarea manuală cu reagent în eprubeta/vas inclus în test cu tot setul de reagenţi necesari. Nu se acceptă dispozitivele care necesită centrifugare. Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. Capacitate de testare: test cu test. Memorie de stocare de cel puţin 1000 investigaţii. Să includă în set printer termic pentru înregistrarea rezultatelor, dotat cu 5 rulouri de hârtie compatibilă pentru fiecare set. Greutatea de până la 2kg. Portabil, să funcţioneze după principiul (POCT), compatibil cu utilizarea în autoambulanţă la etapa de pre spital. Alimentare acumulatorului încorporat de la reţeaua de 12 V CC sau 220 V CA cu accesorii incluse. Să includă test/sistem pentru verificarea calităţii testării. Dotat cu geantă/husă de transportare. Instruirea personalului de către persoane autorizate. Specificări tehnice pentru Analizator Imunofluorescent- Corespunde . Metodă utilizată: imunocromatografie fluorescentă cantitativă sau echivalentă.-Corespunde . Analiza Troponinei-T cu diapazonul de măsurare ≤	CE ISO

					Să includă test/sistem pentru verificarea calității testării. Dotat cu geantă/husă de transportare. Instruirea personalului de către persoane autorizate	50 ng/mL.(Se gaseste in broșura)-Corespunde . Să ghideze utilizatorului pas cu pas.(Se gaseste in broșura)-Corespunde . Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim.(Se gaseste in broșura)-Corespunde „Capacitate de testare: test cu test, opțional”. . Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații.(Se gaseste in broșura)-Corespunde „Display LCD, TFT sau LED”.(Se gaseste in broșura)-Corespunde Imprimantă încorporată termică sau cu posibilitatea de a conecta la o imprimantă externă”.-Corespunde . Greutatea de până la 2 kg./165 grame . Potrivit pentru utilizarea în autoambulante. . Alimentare: Baterie reîncărcabilă.(Se gaseste in broșura)-Corespunde . Încărcător de la rețea 220V, 50/60Hz.(Se gaseste in broșura)-Corespunde . Se includă teste pentru verificarea calității testării.-Corespunde „Dotat cu geantă/husă de transportare, opțional”.Prezent-Corespunde . Garanție de 12 luni. . Instruirea personalului de către persoane autorizate.	

Data completării 25/08/2025

Semnăt: _____

Nume/prenume: Breahna Dorin Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Azica Grup SRL

IDNO al operatorului economic 1006600028430