

Specificații tehnice								
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:		LD nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1664535414007/21064807</u> .				Data: <u>„01” noiembrie 2022</u> .		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		<u>"Achiziționarea consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților Institutului de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2023"</u> .						Pagina: __ din __
Lot nr.	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
4	Cuști intervertebrale cervicale (PEEK)	Cuști intervertebrale cervicale (PEEK)	CS 8201-08	Germania	Ulrich Medical	Dimensiuni : Lungime 13 mm, Lățime 15 mm, Înălțime 8 mm Cușcă intervertebrală din PEEK, markeri de titan cu vârfuri ascuțite, formă trapezoidală, fațete crestate pentru fixare optimă între corpurile vertebrale cu fereastră largă pentru autotransplat sau material osteoinductiv. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Dimensiuni : Lungime 13 mm, Lățime 15 mm, Înălțime 8 mm Cușcă intervertebrală din PEEK, markeri de titan cu vârfuri ascuțite, formă trapezoidală, fațete crestate pentru fixare optimă între corpurile vertebrale cu fereastră largă pentru autotransplat sau material osteoinductiv. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	ISO/CE
4	Cuști intervertebrale lombare (PEEK)	Cuști intervertebrale lombare (PEEK)	CS 3301	Germania	Ulrich Medical	Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să aibă marker din titan și să fie rotunjite la un unghi de 4 grade pentru a permite o penetrare ușoară și fiziologică în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie să aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 9 mm Lungime: 24 mm, înălțime: 12 mm. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să aibă marker din titan și să fie rotunjite la un unghi de 4 grade pentru a permite o penetrare ușoară și fiziologică în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie să aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 9 mm Lungime: 24 mm, înălțime: 12 mm. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	ISO/CE

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Victor GHEREG** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **”Endo-Chirurgie” SRL** Adresa: **str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Specificații de preț										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]										
Numărul licitației:			LD nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1664535414007/21064807</u> .					Data: <u>„01” noiembrie 2022</u> .		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			<u>"Achiziționarea consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților Institutului de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2023".</u>						Lot: _____	Pagina: __din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	4	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Cuști intervertebrale cervicale (PEEK)	bucată	40	4100.00	4100.00	164000.00	164000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1	4	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Cuști intervertebrale lombare (PEEK)	bucată	60	8022.00	8022.00	481320.00	481320.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
TOTAL								645320.00	645320.00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Victor GHEREG** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"Endo-Chirurgie" SRL** Adresa: **str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.**