

Specificații de preț

IMSP SCMS MPS

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1692367387494 din 24.08.2023						nr.21089146			Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți de laborator						Lot:			Pagina 1 din 2
Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 2. Troponina T									
2.1.	33100000-1	Markeri cardiaci Troponina T sau I. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluorescență	buc	200	52,86	57,089	10 572,00	11 417,76	Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: in termen de 15 zile de la solicitare
Total lot 2							10 572,00	11 417,76	
Lot 3. D-dimeri									
3.1.	33100000-1	D-dimeri. Test rapid cantitativ . Metoda: FIA sau Imunofluorescență	buc	1 500	54,88	59,270	82 320,00	88 905,60	
Total lot 3							82 320,00	88 905,60	
Lot 4									
4.1.	33100000-1	Troponina T I calitativ	buc	100	12,08	13,046	1 208,00	1 304,64	
Total Lot 4							1 208,00	1 304,64	
TOTAL OFERTA:							94 100,00	101 628,00	


Suma totală: 101 628,00 (O sută unu mii șase sute douazeci și opt) Lei 00 bani.

Semnat: _____ **Nume:** Varman Irina **În calitate de:** Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinău, Dokuceaev 6, of.61

Specificatii tehnice

IMSP SCMS MPS

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1692367387494 din 24.08.2023						nr. 21089146	
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți de laborator						Lot:	
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți de laborator						Pagina 1 din 2	
Cod CPV	Denumirea pozitie	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 2. Troponina T							
33100000-1	Markeri cardiaci Troponina T sau I. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluorescență	cTnI FIA, nr.catalog W203	China	Wondfo	(I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - Troponina T sau I. Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărțușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărțușuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	(I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - Troponina T sau I. Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărțușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărțușuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Nr.inregistrării la AMDM - DM000372764. Oferim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioada de timp nelimitat!!!	 ISO, CE.
Lot 3. D-dimeri							
33100000-1	D-dimeri. Test rapid cantitativ . Metoda: FIA sau ImunofluorescențăM	D-dimeri FIA, nr.catalog W211	China	Wondfo	(I) Analiza cantitativă a D-dimerilor. Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărțușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărțușuri. (V) Prima livrare de kituri pentru determinarea D-dimerilor conform contractului pentru poziția dată să fie însoțită de 1 kit de QC 2-3 nivele pentru control de calitate intern al D-dimerilor compatibile cu metoda contractată. Al doilea kit să fie livrat la 6 luni (iunie-iulie). Termenul de valabilitate a kiturilor de QC mai mult de 6 luni. Livrarea kiturilor de QC în baza Procesului verbal de primire-predare, dar prețul celor două kituri de QC cerute să fie inclus în suma totală a poziției. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	(I) Analiza cantitativă a D-dimerilor . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărțușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărțușuri. (V) Prima livrare de kituri pentru determinarea D-dimerilor conform contractului pentru poziția dată să fie însoțită de 1 kit de QC 2-3 nivele pentru control de calitate intern al D-dimerilor compatibile cu metoda contractată. Al doilea kit să fie livrat la 6 luni (iunie-iulie). Termenul de valabilitate a kiturilor de QC mai mult de 6 luni. Livrarea kiturilor de QC în baza Procesului verbal de primire-predare, dar prețul celor două kituri de QC cerute să fie inclus în suma totală a poziției. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Nr.inregistrării la AMDM - DM000372782. Oferim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioada de timp nelimitat!!!	ISO, CE.
Lot 4							
33100000-1	Troponina T I calitativ	cTni - cassette, nr.CTI-402	China	Alltest	Test rapid pentru Troponin I (expres test). Posibilitate de testare din serul uman, plasmă sau sânge integral venos. Sensibilitatea ≥ 99,0% Specificitatea ≥ 98,9%. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Test rapid pentru Troponin I caseta(expres test). Posibilitate de testare din serul uman, plasmă sau sânge integral venos. Sensibilitatea ≥ 99,0% Specificitatea ≥ 98,9%. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Nr.inregistrării la AMDM - DM000377338.	ISO, CE.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, Dokucaev 6. of.61